

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմական տ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը պետք է ապահովի թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը պետք է ապահովի առնվազն 640մԱ անոդային հոսանք և ունենա բարձր լարման տիրույթ, ոչ պակաս, քան՝ 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղղություններով առնվազն

					200սմ, և ուղղահայաց 100սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա և ունենա շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի կարգավորվող առնվազն 40-180սմ. տիրույթում Ռենտգենյան խողովակը պետք է ունենա երկու կիզակետ, չափերը ոչ ավել քան՝ 0,6 մմ. փոքր կիզակետի և ոչ պակաս, քան 1,2 մմ. մեծ կիզակետի համար Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն, առնվազն՝ $\pm 135^\circ$ Անողը պտտվող, ջերմունակությունը ոչ պակաս, քան՝ 300,000HU: Կոլիմատորը պետք է ապահովի առավելագույնը 125կՎ. -ին համապատասխան ճառագայթների հոսքի կոլիմացիան և ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում առնվազն 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը պետք է
--	--	--	--	--	---

					համարժեք լինի առնվազն 2.0մմ.: Այլ զտիչներ տեղակայելը պետք է հնարավոր լինի: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան պետք է ապահովի ռենտգենական նկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկայի շարժումները առնվազն չորս ուղղություններով: Դեկայի արտաքին չափերը առնվազն՝ Ե/186*L/72սմ. Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 300կգ: Նկարահանման ուղղահայց կալանը պետք է ապահովի առնվազն 180սմ. հեռավորություն ճառագայթիչից Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը առնվազն՝ 120 սմ Օպերատորի կոնսոլը պետք է ապահովի նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 52կՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---

					պաշտպանվածության: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն, առնվազն՝ 43x43 սմ թողունակությունը առնվազն՝ 139 միկրոն: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր: Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը պետք է հանդիսանա որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն պետք է ապահովի հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական պետք է լինի նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 200.000 պատկեր Տվյալների բազան պետք է լինի պաշտպանված: Պատկերների հետ աշխատելու ժամանակ պետք է հնարավոր լինի՝ Մեծացնել Ընթացիկ
--	--	--	--	--	---

					պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ: Էլեկտրասուղցումը ստանդարտ 220Վ, 50Հց. միաֆազ ցանցից: Չիլը պետք է ներառի՝ մատակարարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կառավարում, օպերատորական ուսուցում: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Սարքը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE կամ FDA սերտիֆիկատ)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕОЗС 712F-25/231 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		կողմից նշված վայրում տեղադրում, կառավարում, օպերատորական ուսուցում: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Սարքը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE կամ FDA սերտիֆիկատ)
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					