# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-Ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | էլեկտրական բազկաթոռ | Liaison Medical, MT Medical | MN-BDC003B, D7-K | Anhui Liaison Medical Equipment Co, ,MT Medical Co.,Ltd Ltd | 1. Ընդհանուր նկարագիր Էլեկտրական բազկաթոռ , նախատեսված դիալիզի պրոցեդուրաների անցկացման համար, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական բժշկական հաստատությունների համար: Սարքը նախատեսված է ապահովելու հիվանդի առավելագույն հարմարավետությունը, ճշգրիտ դիրքավորումը և հուսալի վերահսկողությունը պրոցեդուրայի ընթացքում: 2. Չափսերն ու կառուցվածքային պարամետրերը ► |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Չափս (ԵրկxԼայն)։ 1750 մմ × 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի լայնություն։ 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի բարձրություն։ 530 մմ (±10 մմ) ► Մեջքի հատվածի չափս։ 770 × 580 մմ (±10 մմ) ► Ոտնատեղի չափս։ 410 × 540 մմ (±10 մմ) ► Արմնկակալ ։ 460 մմ × 160 մմ (±10 մմ) ► Արմնկակալների բարձրության կարգավորում։ 0 - 50 մմ (±10 մմ) ► Ներքնակի հաստություն։ 60 մմ (±10 մմ)։ 3. Կարգավորվող պարամետրեր և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ • Մեջքի կարգավորում։ 0° - 70° (±5°) • Ոտնատեղի կարգավորում։ 20°–90°(±5°) • Արմնկակալերի պտույտ։ 0° - 270°(±5°) • CPR ռեժիմ • Էլեկտրական կառավարում։ Իրականացվում է հեռակառավարման վահանակով ՝ ապահովելով բոլոր բաժինների ճշգրիտ դիրքավորումը։ 4. Էլեկտրամատակարարում և հավաքածուի պարագաներ • Լարում և հաճախականություն։ 100–240 Վ, 50/60 Հց։ • Էլեկտրամատակարարման պարագաներ։ Հեռակառավարման |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | վահանակ – 1 հատ: Հոսանքի մալուխ – 1 հատ: • 4 անիվ : 3 դյույմ հակացնցումային, անաղմուկ անիվներ – 1 հավաքածու • Բեռնատարողություն: 220 կգ 5. Լրացուցիչ ֆունկցիոնալ տարրեր • Սեղանիկ՝ բարձրության կարգավորումով, 360 ° պտույտով ABSպլաստիկից ՝ չսահող եզրով, բաժակի և բջջային հեռախոսի տեղադրման ակոսներով, USB/5V սնուցման բնիկով – 1, չափսերը: 380 մմ × 280 մմ (±10 մմ) • Հիմքը պատված փոշեպաշտպան շերտով– պաշտպանում է շարժիչներն ու մալուխները աղտոտումից: 6. Որակի վերահսկում և արտադրություն ✔ Ռոբոտացված եռակցում – 360° առանցքափակ հոդակապման համար: ✔ Գծային էլեկտրաշարժիչ – համապատասխանում է UL, ROHS, EN ստանդարտներին, աղմուկի մակարդակը ≤50 դԲ, աշխատանքային ռեսուրս 20 000 շարժում: 7. Սերտիֆիկատներ և համապատասխանություն ISO 13485 – բժշկական սարքավորումների միջազգային որակի ստանդարտ FDA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հավաստագրում 8. Երաշխիք և մատակարարման պայմաններ Երաշխիք: 12 ամիս տեղադրման պահից Մատակարարում: լիովին հավաքված, պատրաստ շահագործման Աջակցող փաստաթղթեր: Օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության հավաստագրեր: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության: Մատակարարը պետք է ապահովի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |