

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	բժշկական շնչառական սարքեր	"Պղպշակային նորածնային CPAP համակարգ` Bubble CPAP կամ Neonatal CPAP, փուլիկների ստեղծման եզակի համակարգ է, որն ապահովում է CPAP-ի հետևողական և ճշգրիտ առաքում նորածնային հիվանդներին: • Պետք է հագեցած լինի բժշկական շնչառական խոնավացուցիչով, բարձր ճշգրտության օդ - թթվածնի խառնիչով: • Ակտիվ մեխանիկական կամ էլեկտրոնային օդաթթվածնային խառնիչի առկայություն, FiO2-ի միջակայքը պետք է տատանվի ոչ պակաս քան 21% - ից մինչև 100%

						միջակայքում • FiO_2-ի ճշգրտությունը ոչ ավելի քան $\pm 5\%$ • Գազի մատակարարման ճնշումը օդ/թթվածին 0,3-0,4 ՄՊա միջակայքում • Հոսքը ոչ պակաս քան 2-10 լ / րոպե միջակայքում • Նորածնային հիվանդների CPAP-ի իրականացման համար սահմանված PEEP մակարդակի ցուցիչի առկայություն: • Peep տվիչով պղպջակների գեներատորի առկայություն • PEEP տվիչով պղպջակների գեներատորը պետք է ապահովի PEEP-ը ոչ պակաս քան 3 սմ H_2O-ից մինչև 10 սմ H_2O միջակայքում: • Խոնավացուցիչի առկայություն բազմակի օգտագործման խոնավացման տարայով • Օդի խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի վերահսկում ոչ պակաս քան 0-750C միջակայքում • Խոնավացուցիչի լարումը 220V 50 / 60Hz • Շարունակական հոսքը ոչ պակաս քան 15 լ / րոպե • Ճնշման չափիչի առկայություն • Հիվանդի միացման շնչառական կոնտուրների արմունկի և մոնտաժային միացուցիչների առկայություն • Խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի
--	--	--	--	--	--	---

					տվիչի առկայություն • Թեստային թոքերի առկայություն • Սարքավորումների համար ստենդի կամ դարակաշարերի առկայություն • Լրակազմ և պարագաներ. • ISO13485 կամ համարժեք • CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Ապրանքները պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը պետք է ապահովի ապրանք անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման
--	--	--	--	--	---

					փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային սամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ ոչ պակաս 1 տարի: "
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					