

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|----------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՍԵՂԱՆ-ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄՈՎ | LABTRON | LSLD-A11 | LABTRON | ՍԵՂԱՆ- ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄՈՎ Մորֆոլոգիական պրեպարատների չորացման և ջերմային պահպանման համար /սեղանի չափերը ոչ պակաս 40*40 սմ-ից/ Կայունացված ջերմաստիճանների միջակայք, +30-ից +80°C, Ջերմաստիճանի սահմանման թույլտվություն, 1°C , Սահմանված ջերմաստիճանի արժեքից շեղման սահման, ± 2°C, Սահմանված ջերմաստիճանը սահմանելու առավելագույն ժամանակը 30 րոպեից ոչ ավելի, Ժամաչափի սահմանման միջակայքը 1 վրկ-ից |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>մինչև 100 թույլ, ժամաչափի կարգավորման թույլատրելիությունը 1 վրկ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը 220վ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի սերտիֆիկատներ առնվազն CE, ISO 13485;</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕԱԱՊՁԲ 2025-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ՍԵՂԱՆ- ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄՈՎ | LABTRON | LSLD-A11 | LABTRON | ՍԵՂԱՆ- ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄՈՎ Մորֆոլոգիական պրեպարատների չորացման և ջերմային պահպանման համար /սեղանի չափերը ոչ պակաս 40*40 սմ-ից/ Կայունացված ջերմաստիճանների միջակայք, +30-ից +80°C, Ջերմաստիճանի սահմանման թույլտվություն, 1°C , Սահմանված ջերմաստիճանի արժեքից շեղման սահման, ± 2°C, Սահմանված ջերմաստիճանը սահմանելու առավելագույն ժամանակը 30 րոպեից ոչ ավելի, Ժամաչափի սահմանման միջակայքը 1 վրկ-ից |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>մինչև 100 թույլ, ժամաչափի կարգավորման թույլատրելիությունը 1 վրկ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը 220վ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի սերտիֆիկատներ առնվազն CE, ISO 13485;</p> |
|--|--|--|--|--|--|