ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	Խոժոու Յոնկանգ Էլեկտրոնիկ Սայենս Տեքնոլոջի	E15	Խոժոու Յոնկանգ Էլեկտրոնիկ Սայենս Տեքնոլոջի	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: 15" գունավոր TFT էկրան, 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի լիցքի նվազման ազդանշանից հետո 5 րոպե

				անխափան աշխատանքի հնարավորություն։ Սարքավորման չափսերը ՝ 300×286×155 մմ։ Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն 7x24 ժամ։ Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն 400 ցուցանիշ։ Ալիքների վերանայման հնարավորություն 100 րոպե։ Ազդանշանների վերանայում 100 դեպք։ Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն։ ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0 mV, ճշտություն՝ 0.02 mV։ Պուլսի հաճախության միջակայքը ՝ 20 ~ 300 bpm, լուծաչափություն՝ 1 bpm, ճշտություն՝ ±3 bpm։ ԷՍԳ արտածումներն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V)։ Արտածումների ռեժիմներ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V։ Հզորացման գործակիցներ ՝ ×250, ×500, ×1000, ×2000։ Զգայունություն 200 μV (գագաթային արժեք)։ Դիմադրություն >5 MΩ։ Սրտի հաճախության միջակայք 15–380 bpm։ Ճշտություն ±1%։ Կարգաբերման ազդանշան՝ 1mV ±5%։ Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ 3 վայրկյան։ Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս։ Իմպեդանսի միջակայք 0.3 ~ 3 Ω։ Հիմնային իմպեդանս ՝ 200 ~ 4000։ Թողունակություն ՝ 0.1 ~ 2.5 Hz։ Շնչառության հաճախություն ՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր։ Ճշտություն՝ ±2 շ/ր։ Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ 10–40 վայրկյան։ Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ։ Ունի մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ։ Ավտոմատ չափման ինտերվալներ՝ 1 ~ 480 րոպե։ STAT չափում՝ 5 րոպե։ Չափման միջակայքներ ՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg,

				մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg։ Ճնշման ճշտություն՝ ±3 mmHg։ Առավելագույն սխալ՝ ±5 mmHg։ Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg։ SpO_2 չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%։ Լուծաչափություն 1%։ Ճշտություն՝ 70%-100%, 2 միավոր։ Ջերմաստիճանի ալիքների քանակ 2։ Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C։ Լուծաչափություն՝ 0.1°C։ Ճշտություն՝ ±0.1°C (առանց սենսորի)։ Առկա են հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ , ԷՍԳ մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ առնվազն 40 հատ, SpO_2 սենսոր 1 հատ , ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ։ Որակի վկայականներ CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO_2/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն։ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս։ Մատակարարը ունենի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	Պացիենտ մոնիտոր	E15	Խոժոու Յոնկանգ Էլեկտրոնիկ Սայենս Տեքնոլոջի	Պացիենտ մոնիտոր