

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	Պերֆուզիոն պոմպ երկու ուղղի	Պերֆուզիոն պոմպ երկու ուղղի	Պերֆուզիոն պոմպ երկու ուղղի	Սարքը նախատեսված է ճշգրիտ ինֆուզիոն մատակարարման համար և հագեցած է երկակի թվային կառավարման կոճակներով և առնվազն 3.0" գունավոր LCD կամ LED էկրանով: Նախատեսված է միաժամանակ 2 ներարկիչներով աշխատանքի համար: Աշխատում է առնվազն Rate, Time, Volume (VTBI) և Body Weight ռեժիմներով, ունի նաև դեղերի գրադարան (Drug Library): Սարքը ավտոմատ ճանաչում է առնվազն ` 5, 10, 20, 30, 50/60մլ ներարկիչիների չափը: Նախագծված է բարձր հուսալիության և ճշգրտության համար` ունի կրկնակի պրոցեսոր: Հոսքի ճշգրտությունը` $\pm 2\%$ : Հոսքի արագությունը կարգավորվում է 0.1մլ/Ժ-ից մինչև ներարկիչի հնարավոր առավելագույնը` 5մլ - առնվազն 200մլ/Ժ, 10մլ - առնվազն 400մլ/Ժ, 20մլ -առնվազն 900մլ/Ժ, 30մլ - առնվազն 1200մլ/Ժ, 50/60մլ - առնվազն

				1800մ/ժ: Ծավալը՝ առնվազն՝մինչև 9999մլ, ժամանակի սահմանում առնվազն՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ միջակայքում: KVO ֆունկցիան՝ կարգավորվող առնվազն՝ 0.01-10մ/ժ միջակայքում: Հոսքի արագության քայլը ոչ ավել, քան՝ 0.1մ/ժ: Բոյլուսային հոսքի արագություններ՝ 5մլ ներարկիչի համար առնվազն 200մ/ժ; 10մլ ներարկիչի համար առնվազն 400մ/ժ; 20մլ ներարկիչի համար առնվազն 900մ/ժ; 30մլ ներարկիչի համար առնվազն 1200մ/ժ, 50/60մլ ներարկիչի համար առնվազն 1800մ/ժ: Պետք է ունենա լսելի և տեսանելի ազդանշաններ առնվազն հետևյալ դեպքերի համար՝ ավտոմատ ինքնափորձարկում, ներարկիչի տեղաշարժ, խցանում, մոտ ծայրին, ներարկիչի դատարկություն, VTBI-ի լրացում, մարտկոցի ցածր լիցք, մարտկոցի լիցքաթափում, շարժիչի անսարքություն, ներարկիչի սխալ սպեցիֆիկացիա, շղթայի անսարքություն, գլխավոր միկրոպրոցեսորային միացման անսարքություն, պրոցեսորի անսարքության մոնիթորինգ, պարամետրերի գերազանցում, հոսանքի անջատում: Պետք է ունենա առնվազն երեք ճնշման մակարդակ՝ ցածր՝ $40 \pm 20 \text{ Kpa}$, միջին՝ $60 \pm 20 \text{ Kpa}$, բարձր՝ $100 \pm 20 \text{ Kpa}$: Սնուցվում է նիկել-ջրածնային կամ լիթիումային մարտկոցով առնվազն՝ 10 ժամ աշխատանքային ժամանակով: Աշխատում է նաև AC100-240V, 50/60Hz էլեկտրական ցանցից: Ունի IPX4 ջրակայունության մակարդակով, առնվազն Class II, CF տիպի բժշկական սարքավորում է: Չափսերը ամեն կողմի համար՝ $30 \times 25 \times 15$ սմ (± 5սմ): Մատակարարելիս CE Mark, ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը
--	--	--	--	--

				պարտադիր է: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ունենա անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-23-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
88				