

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՏԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	Պացիենտ մոնիտոր	Պացիենտ մոնիտոր	Պացիենտ մոնիտոր	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերականգնողական, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 15" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային կամ կիկել ջրածնային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո առնվազն 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի

լիցքի նվազման ազդանշանից հետո առնվազն 5 րոպե անխափան աշխատանքի հնարավորություն:

Սարքավորման չափսերը՝ 310×290×160 մմ (±10մմ)
 ամեն կողմի համար: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն առնվազն 7×24 ժամ:

Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն առնվազն 400 ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն առնվազն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0 mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պոլսի հաճախության միջակայքը առնվազն՝ 20 ~ 300 bpm, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 bpm, ճշտություն՝ ±3 bpm: ԷՍԳ արտածումներն առվնազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ ×250, ×500, ×1000, ×2000: Չգայունություն առնվազն 200 μV (գազաթային արժեք): Դիմադրություն առավելագույնը >5 MΩ: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն 15-380 bpm: Ճշտություն ±1%: Կարգաբերման ազդանշան՝ 1mV ±5%: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան:

Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն 0.3 ~ 3 Ω: Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000: Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~ 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր: Ճշտություն՝ ±2 շ/ր: Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10-40

վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝
 օսցիլոմետրիկ: Ունի առնվազն մանուալ, ավտոմատ և
 STAT չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման
 ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ
 ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝
 մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235
 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN
 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100,
 MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg:
 Առավելագույն սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման
 պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg,
 մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150
 mmHg: SpO₂ չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%:
 Լուծաչափություն առավելագույնը 1%: Ճշտություն՝
 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի
 ալիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C
 ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$
 (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ
 պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ ,
 EUC մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ առնվազն 40 հատ,
 SpO₂ սենսոր ա հատ , ջերմաչափի զոնդ 1 հատ,
 լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց ա հատ,
 հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի
 վկայականներ առնվազն, CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb,
 Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I,
 TEMP/SpO₂/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն,
 ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն:
 Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային
 փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը

				տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-23-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91				