

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | NEW AGE MEDISYS       | NEW AGE MEDISYS     | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS        | Հարթակի անցքերը պետք է<br>նախատեսված լինեն 3,5 մմ<br>արգելափակող պտուտակների և 3,5<br>մմ պտուտակների համար:<br>Արտադրող կազմակերպությունը<br>պետք է ունենա առնվազն ISO<br>9001:2015 հավաստագիր և առնազն<br>ISO 13485:2016 հավաստագիր,<br>Իմպլանտը պետք է ունենա CE<br>հավաստագիր, մատակարարը<br>պետք է ապահովի հարթակի<br>տեղադրման համար<br>գործիքակազմը: Հարթակը պետք է<br>ունենա անհատական<br>փաթեթավորում և ապրանքը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ընտրագրող պիտակ:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ` 7 անցք, 8 անցք: Ձախ` 7 անցք, 8 անցք:</p> <p>Գործիքի անվանում` շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1հատ, շաղափ 2,8 մմ-1հատ, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1հատ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак   | марка           | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | NEW AGE MEDISYS        | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS            | <p>Отверстия платформы должны быть рассчитаны на блокируемые винты 3,5 мм и винты 3,5 мм.</p> <p>Производственная организация должна иметь сертификацию как минимум по ISO 9001:2015 и как минимум по ISO 13485:2016.</p> <p>Имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструмент для установки платформы. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. По желанию заказчика одна из перечисленных ниже</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>платформ должна быть предоставлена для хранения, и после использования, по запросу, она должна быть доставлена в течение 24 часов. Справа: 7 отверстий, 8 отверстий. Слева: 7 отверстий, 8 отверстий.</p> <p>Наименование инструмента:</p> <p>направляющая сверла для отверстий под блокируемые винты 3,5 мм, внутренний диаметр 2,8 мм - 1 шт., сверло 2,8 мм - 1 шт., отвертка с ограниченным усилием для блокируемого винта 3,5 мм - 1 шт.</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|