

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտները պետք է ունենա CE հավաստագիր: Իմպլանտը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: մատակարարը պետք է ապահովի իմպլանտի տեղադրման համար գործիքակազմը: Վզիկի երկարությունը 38 մմ, հարթակը պետք՝ ունենա 3 անցք նախատեսված 4.5 մմ

				<p>պտուտակների:Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն իմպլանտների ստորև նշված քանակները ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Ազրոսկրի ԴՀՍ հարթակ- 1, Կենտրոնական պտուտակ 75 մմ - 1, Կենտրոնական պտուտակ 80 մմ- 1, Կենտրոնական պտուտակ 85 մմ- 1, Կենտրոնական պտուտակ 90 մմ- 1, Կենտրոնական պտուտակ 95 մմ- 1, Կենտրոնական պտուտակ 100 մմ-1, Կենտրոնական պտուտակ 105 մմ-1:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Производственная организация должна иметь сертификаты не ниже ISO 9001:2015 и не ниже ISO 13485:2016. Имплантаты должны иметь сертификат CE. Имплантат должен иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. Поставщик должен предоставить инструмент для установки имплантата. Длина шейки составляет 38 мм, платформа должна иметь 3 отверстия для винтов 4,5 мм. По запросу заказчика следующее количество имплантатов должно

				<p>быть предоставлено для хранения и после использования, по запросу, должно быть доставлено в течение 24 часов. Платформа DHS для альвеолярной кости - 1, Центральный винт 75 мм - 1, Центральный винт 80 мм - 1, Центральный винт 85 мм - 1, Центральный винт 90 мм - 1, Центральный винт 95 мм - 1, Центральный винт 100 мм - 1, Центральный винт 105 мм - 1.</p>
--	--	--	--	--