

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	LASOTRONIX	LASOTRONIX	LASOTRONIX LTD.	Լազերային օպտիկամանրաթելային լուսատար, նախատեսված լազերային անոթային վիրահատական միջամտությունների համար Լուսատարի տրամագիծը 400-600մկմ Ալիքային երկարությունը 980-1940նմ համատեղելի Դիստալ ճառագայթման տիպը ռադիալ տեսակի, միակցիչը մետաղական, կարմիր գունավոր տեսակավորմամբ Պետք է լինի համատեղելի Լեհական Lasotronix ընկերության Smart3m մոդելի

					լազերային վիրահատական սարքավորման հետ, այդ ընկերության կողմից տրված համապատասխանության հավաստագրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, միանգամյա օգտագործման, ավտոկլավվող, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Ունենա որակավորման և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO 13485, MDR, MDSAP
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕԱԱՊԶԲ 2025-37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Լազերային օպտիկ ամանրաթելային լուսատար	LASOTRONIX	LASOTRONIX	LASOTRONIX LTD.	Լազերային օպտիկամանրաթելային լուսատար, նախատեսված լազերային անոթային վիրահատական միջամտությունների համար Լուսատարի տրամագիծը 400-600մկմ Ալիքային երկարությունը 980-1940նմ համատեղելի Դիստալ ճառագայթման տիպը ռադիալ տեսակի, միակցիչը մետաղական, կարմիր գունավոր տեսակավորմամբ Պետք է լինի համատեղելի Լեհական Lasotronix ընկերության Smart3m մոդելի

					լազերային վիրահատական սարքավորման հետ, այդ ընկերության կողմից տրված համապատասխանության հավաստագրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, միանգամյա օգտագործման, ավտոկլավվող, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Ունենա որակավորման և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO 13485, MDR, MDSAP
--	--	--	--	--	---