

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	FTA-2i	FTA-2i	FTA-2i	Biosan	Ասպիրացիայի արագություն - մինչև 10 լ/րոպե (օդ) Վակուում - -200-ից -800 մբար (կարգավորվող) Թակուղային անոթի ծավալ - 2 լ, պոլիպրոպիլեն (առևտրական) Հեղուկի մակարդակի սենսորի տեսակը - ինվազիվ Գերլցման պաշտպանություն - պոմպի անջատում, լուսային և ձայնային ազդանշան Չափեր (Ե×Լ×Բ) - 185 × 290 × 390 մմ Քաշը թակուղային անոթով - 1.85 կգ Սնուցման հոսանք / հզորություն - 12 Վ, 1 Ա / 10.8 Վտ Արտաքին սնուցման միավոր - մուտք՝ AC 100-240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝

				DC 12 Վ Փաթեթում ներառված է 8-ալիքային ծայրակալ: Սարքը պետք է համապատասխանի ISO 9001 սերտիֆիկացման պահանջներին, ինչպես նաև ունենա համապատասխանություն հետևյալ Եվրոպական դիրեկտիվներին՝ LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; Directive 2011/65/EU (RoHS II); RoHS 3 - 2015/863/EU; WEEE 2012/19/EU Աշխատանքային միջավայրը՝ ջերմաստիճանը՝ 5-40°C, խոնավությունը՝ 10-90%: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մատակարարը պետք է տրամադրի հավաստագիր իր կողմից սարքի առաջին շահագործման ամսաթվի վերաբերյալ: Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИЭЧ-ЕЧДЧПР-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					