ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Միկրոպլանշետայի ն ֆոտոմետր	Միկրոպլանշետայի ն ֆոտոմետր	Միկրոպլանշետայի ն ֆոտոմետր	Միկրոպլանշետայի ն ֆոտոմետր	Օպտիկական խտության չափման միջակայքը՝ 0–4,5 OD: Օպտիկական խտության չափման զգայունությունը՝ 0,001 OD: Օպտիկական խտության չափման գծայնությունը՝+/- 0,5% կամ < 0,025 OD: Օպտիկական խտության չափման կրկնելիություն՝ < 0,1% կամ 0,0025 OD: Օպտիկական խտության չափման միջուղիանի տարբերությունը՝ < 0,01 OD: Օպտիկական համակարգի տեսակը՝ նվազագույնը 8 ուղիանի օպտիկա, խորշիկների դիրքի ավտոմատ կենտրոնացում օպտիկայի ուղիների

					նկատմամբ: Լամպը՝ վոլֆրամ-հալոգենային լամպ (6Վ, 10 Վտ), նվազագույնը 5,000 ժամ կյանքի միջին տևողությամբ, անգործության ժամանակ լամպի ավտոմատ անջատման ֆունկցիա: Չափման հնարավոր ալիքների երկարության միջակայքը՝ նվազագույնը 400-750նմ: Չափիչ ֆիլտրերի կրիչը՝ նվազագույնը 8 տեղանի: Չափիչ ֆիլտրերի քանակը և ալիքների երկարությունը՝ նվազագույնը 4 ֆիլտրեր՝ 405, 450, 492, 630նմ: Չափիչ ֆիլտրերի ինտերֆերենտ անցման շերտի լայնությունը՝ <12 նմ: Չափման մեթոդները՝ մոնոքրոմատիկ, բիքրոմատիկ, երկու կետային, դինամիկ, բազմաալիքային: Չափումների ֆոնային մակարդակի (blank) ընտրման հնարավորությունները՝ մեկ խորշիկի արժեքով, մի քանի խորշիկների միջին արժեքով, ողջ շարքի կամ սյունակի խորշիկների միջին արժեքով: Չափման արդյունքների մշակման մեթոդները՝ օպտիկական խտություն (ABS, %ABS), սահմանային արժեք (cut-off), մեկ կետանի ստուգաճշտում

					(single point calibration), գծային ռեգրեսիա (linear regression), կետից կետ ռեգրեսիա (point to point), էքսպոնենտային (exponent), լոգարիթմական (semi-Log, Log-Log), քառակուսի ֆունկցիա (quadratic curve = parabola), 4-պարամետրային ֆունկցիա (four-patameters function): Պլանշետի տեսակը՝ 96- և 48-խորշիկներով: Պլանշետի (96-խորշիկ) չափման տևողությունը՝ առավելագույնը 3վրկ մոնոքրոմատիկ չափման դեպքում և առավելագույնը 9վրկ բիքրոմատիկ չափման դեպքում: Պլանշետի չափման հնարավոր ուղղությունները՝ հորիզոնական և ուղղահայաց: Մեկ պլանշետի վրա տարբեր պարամետրերի (թեստերի) չափման հնարավորությունը՝ նվազագույնը 12 պարամետր: Օպտիկական համակարգի ստուգումը՝ առկա է, ավտոմատ, յուրաքանչյուր միացումից հետո: Մեխանիկական համակարգի ստուգումը՝ առկա է, ավտոմատ, սարքի յուրաքանչյուր միացումից հետո: Օպտիկական ուղիների և պլանշետները տեղափոխող

						մեխանիզմի ծրագրային ստուգման և ստուգաճշտման հնարավորություն ըստ պահանջի: Չջնջվող հիշողությունը՝ նվազագույնը 300 թեստերի ծրագրեր, 100 000 չափման արդյունքներ: Սարքի կառավարումը՝ հպումային էկրանի, մկնիկի կամ ստեղնաշարի միջոցով: Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային (LCD) գունավոր հպումային, նվազագույնը 8 դյույմ անկյունագծով, ամբողջ պլանշետի չափման արդյունքների և ստուգաճշտման կորի ցուցադրման հնարավորությամբ: Ինտերֆեյսը՝ USB պորտեր, RS232 պորտ, ստեղնաշարի եւ մկնիկի միացման պորտեր: Էլեկտրասնուցումը՝ 12Վ (DC) հաստատուն լարում, 210Վ-240Վ փոփոխական լարման պայմաններում: Աշխատանքային միջավայրը՝ ջերմաստիճանը՝ 5-40°C, խոնավությունը՝ 10-90%: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հավաստագրեր՝ CE, ISO-9001, ISO-13485 հավաստագրերի առկայություն: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մատակարարը պետք է տրամադրի հավաստագիր իր կողմից սարքի առաջին շահագործման ամսաթվի վերաբերյալ: Նվազագույնը՝ 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի հետերաշխիքային սպասարկումը երաշխիքային ժամկետի ավարտից 3 տարիների ընթացքում: