

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                             |                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                                                                                          | ապրանքային<br>նշանը                                                                                                            | մակնիշը                                     | արտադրողի<br>անվանումը                                                                                                                                                                     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | հեմոդիալիզի սարք<br>Aide<br>1/հեմոդիալիզի<br>սարք SWS-6000A<br>/հեմոդիալիզի<br>սարք DORA-6000<br>/հեմոդիալիզի<br>սարք SWS-6000 | հեմոդիալիզի սարք<br>Aide<br>1/հեմոդիալիզի<br>սարք SWS-6000A<br>/հեմոդիալիզի<br>սարք DORA-6000<br>/հեմոդիալիզի<br>սարք SWS-6000 | Aide 1/SWS-6000A/<br>DORA-6000/SWS-60<br>00 | Guangzhou<br>Sinohealth Medical<br>Devices Co., Ltd.<br>/SWS HEMODIALYSIS<br>CARE CO.,<br>LTD./GUANGZHOU<br>PHOENIX MEDICAL<br>EQUIPMENT CO.,<br>LTD/SWS<br>HEMODIALYSIS<br>CARE CO., LTD. | Դիալիզատի ճնշման տիրույթները-<br>-700մմ.սնդ.ս-ից մինչև<br>+800մմ.սնդ.ս: Չափման<br>թույլատրելի սխալը - ± 10մմ.սնդ.ս:<br>Ձայնային ազդանշանի<br>ապաակտիվացում- Այո՝<br>ազդանշանի ապաակտիվացման<br>Կոճակով: Արյան արտահոսքի<br>ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ<br>զգայուն: Չափման թույլատրելի<br>սխալը- 10%: Ահագանգի<br>սահմանները-»0,35մլ/ր արյուն HC T<br>32% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի<br>ապաակտիվացում- Այո՝<br>ազդանշանի պաակտիվացման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա-<br/>Ծավալը ղեկավարվում է<br/>բալանսավորման խցիկի կողմից,<br/>ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի<br/>միջոցով: 2.Միային<br/>ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom):<br/>Աշխատանքային սահմանները -<br/>0~6,000մլ/ժ Ճշտությունը - <math>\pm 1\%</math>:<br/>Պաշտպանական համակարգ-<br/>Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ<br/>առաջադրված հաճախ.-ից 1% -ով<br/>գերազանցելու դեպքում: Ձայնային<br/>ազդանշանի ապասկտիվացում-<br/>Այո՝ ազդանշանի<br/>ապասկտիվացման Կոճակով:<br/>Ջերմաստիճանի կարգավորման<br/>տիրույթները-33-40 °C:<br/>Դիալիզատորում ջերմաստիճանի<br/>թույլատրելի շեղումները- + 0,5<br/>°C-ից-1,5 °C: Սահմանները- <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math><br/>(առաջադրված արժեքի<br/>նկատմամբ). Մաքսիմալ<br/>ջերմաստ.պաշտպանություն- 41°C:<br/>Պաշտպանական համակարգ-<br/>Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային<br/>ազդանշանի ապասկտիվացում-<br/>Այո՝ ազդանշանի<br/>ապասկտիվացման Կոճակով:<br/>Հաղորդականություն- Ղեկավարվող</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Հաղորդականություն:  
 Աշխատանքային սահմանները-  
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,  
 4-7մՍ/սմ, Ընդհանուր Հաղ. 12-18.0  
 մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները-  $\pm$   
 0,1 մՍ/ մ, Չափումը-  
 Ջերմաստիճանից կախված  
 (հիմնականում 25 °C ):  
 Պաշտպանական համակարգ-  
 Հետևվում է երկրորդ և երրորդ  
 Հաղորդականություն տվիչի կողմից,  
 այլ ալգորիթմի միջոցով:  
 Սահմանները-  $\pm$  4% ( առաջադրված  
 արժեքի նկատմամբ): Ձայնային  
 ազդանշանի ապաակտիվացում-  
 Այո, ազդանշանի  
 ապաակտիվացման կոճակով:  
 Դիալիզատի Հոսք (DF)-  
 100-1000մլ/ր: DF Թույլատրելի  
 շեղումները- $\pm$  5%, 100~1000մլ/ր  
 դեպքում Տրանսմեմբրանային  
 ճնշում(TMP) Սահմանները  
 (մաքս.TMP)` - 700- +800 մմ.սնդ ս:  
 Ահազանգի բացարձակ  
 սահմանները` - 100- +500մմ սնս.ս.:  
 Սահմանների պատուհան-  
 կարգավորելի(2%-99%):  
 Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում  
 է PDA և PV միջոցով: Ապարատի

դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի  
 ստեղծած բացասական ճնշման  
 միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-  
 $\pm 50$  մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2  
 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ  
 կանգնման համակարգով. 1. Երբ  
 դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.  
 $8/12$  մմ կամ  $7/10$  մմ ռետինե  
 խողովակի համար: Պոմպի  
 հաճախությունը -  
 $30-650$ մլ/ր( $8/12$ մմ)  
 $30-450$ մլ/ր( $7/10$ մմ) կարգավորելի է  
 $10$ մլ քայլով: Աշխատանքային  
 ճնշման սահմանները - Մտնող  
 ճնշումը մինչև  $-390$  մմ սնդ.ս Ելնող  
 ճնշումը  $0-1725$ մմ.սնդ.ս: Հեպարինի  
 պոմպ- Ներարկիչի պոմպ $10-30$ մլ,  
 $50$ մլ ներարկիչների համար: Պոմպի  
 հաճախությունը-  $0-10$ մլ/Ժ, կարող է  
 անջատվել, բոլորս մինչև  $1800$ մլ/Ժ  
 Թույլատրելի շեղումները- «  $\pm 5\%$ ,  
 Ճնշման սահմանները-  $0$  to  
 $+480$ mmHg: Օդի Դետեկտոր SAD-  
 SAD: Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա,  
 Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ  
 սկսած  $\geq 20\mu$ լ, Սահմանները  
 Երկասեղանի ռեժիմի համար:  $0.2$ մլ  
 սկսած  $0-200$ մլ/ր SAD-ի հոսք  $0.3$ մլ  
 սկսած  $200-400$ մլ/ր SAD հոսք  $0.5$ մլ

|                                                                                                                                                                    |            |                        |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |            |                        |                                                               |                    | <p>սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք<br/>Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի<br/>համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր<br/>հաստատուն SAD Հոսք:<br/>Պաշտպանական համակարգ-<br/>Ուլտրաձայնային դետեկտոր,<br/>ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ<br/>թերապիայի ընթացքում: Արյան<br/>Տվիչ- SAD Տվիչի ընկնում է<br/>ստեղադրված Ֆունկցիա-<br/>ստողովակային համակարգում արյան<br/>հայտնաբերում: Սարքը նոր է<br/>տեխնիկական հատկություններ<br/>չօգտագործված, 2024-2025թ</p> |
| Թեոֆարմա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 00444-EGZU12F-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара. |            |                        | <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b><br/><b>предлагаемого товара</b></p> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                    | Номер лота | фирменное наименование | товарный знак                                                 | Предлагаемый товар | наименование производителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                  |            |                        |                                                               |                    | արտադրության, ներառի լիարժեք<br>աշխատանքի համար<br>նախատեսված բոլոր պարագաները,<br>Երաշխիքը՝12 ամիս: Մատակարարը<br>ապահովում է սարքի<br>տեղափոխումը, տեղադրումը,<br>փորձարկումը, մասնագետների<br>ուսուցումը գնորդի կողմից նշված<br>հասցեում:                                                                                                                                                                                      |