

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	EKG 6	EKG 6	Nanjing Superstar international Trade Co. ltd	Nanjing Superstar international Trade Co. ltd	ԷԿԳ սարքը թվային 1, ունի 12 ստանդարտ արտածում գրանցելու հնարավորություն, LCD գունավոր մոնիտոր ոչ պակաս քան 7,0 դյույմ, դիագրամաների և ուղղությունների աղյուսակ, թուղթը թերմոժապավենից 80 մմ, թուղթը արտահանելու արագությունը ոչ ավել քան 5; 6,25 ;12,5; 25; 50մ/ր ± 5%, զգայունությունը ոչ ավել քան 10mm/mv±2%, հզորությունը 100/240V,50/60Hz; 80VA, ունի Ներկառուցված վերալիցքավորվող 11.1V/2600mAh լիթիումային մարտկոց, որը նախատեսված է 2

					ժամ տևական աշխատանքի համար, գրանցման ձևը 1x12; 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2 ռիթմի վերլուծությունը ոչավելի քան 30-300 վր., հիվանդի հոսանքի արտահոսքը ոչ ավել քան 10μA, CMRR ոչ ավել քան 115dB, կալիբրացիայի լարումը ոչ ավել քան 1mV±3%, ունենա էկրանի 3x4; 3x4+1R; 6x1, 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, ունի հետևյալ չափման պարամետրերը՝ ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTc interval, Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդ և RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի առկայություն, մոլտքային CIR հաճախականությունը ոչ ավել քան 0,1 μA, մոլտքային դիմադրությունը ոչավել քան 30MΩ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 12,5μVp-պ , զգայունության մակարդակը ոչ ավել քան 20 μVp-պ:Լրակազմ և արագաներ՝էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, էլ, հոսանքիլար 1 հատ, տպիչի թուղթ 1 ռուլոն:Տեղադրում և մեկնարկը կիրականացվի մատակարարի կողմից: Աշխատակազմի ուսուցումը
--	--	--	--	--	---

					կկատարվի տեղում: Օգտագործման ծեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	EKG 6	EKG 6	Nanjing Superstar international Trade Co. ltd	Nanjing Superstar international Trade Co. ltd	Аппарат ЭКГ цифровой 1, имеет возможность регистрации 12 стандартных выходов, ЖК-цветной монитор не менее 7,0 дюймов, таблица схем и указаний, бумага из термоленты 80 мм, скорость выхода бумаги не более 5; 6,25; 12,5; 25; 50м/мин $\pm$ 5%, чувствительность не более 10мм/мВ $\pm$ 2%, питание 100/240В, 50/60Гц; 80ВА, имеет встроенную перезаряжаемую литиевую батарею 11,1В/2600мАч, рассчитана на 2 часа работы, формат записи 1x12; 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2

						Анализ ритма не более 30–300 с, ток утечки пациента не более 10 мкА, CMRR не более 115 дБ, калибровочное напряжение не более 1 мВ $\pm$ 3%, дисплей 3х4; 3х4+1R; 6х1, 6х2; 6х2+1R; режим измерения 12х1, измерение следующих параметров: частота желудочковых сокращений, интервал PR, ограничение времени QRS, интервал QT/QTc, ось, амплитуда RV5/SV1 и амплитуда RV5+SV1. AC, EMG, основная линия, высокочастотные фильтры, входная частота CIR не более 0,1 мкА, входное сопротивление не более 30 МОм, уровень шума не более 12,5 мкВпик-пик, уровень чувствительности не более 20 мкВпик-пик. Комплектация и принадлежности: комплект электродов, кабель 1 шт., шнур питания 1 шт., рулон бумаги для принтера 1 шт. Установка и запуск будут осуществляться поставщиком. Обучение персонала будет проводиться на месте. Руководство пользователя на армянском, английском или
--	--	--	--	--	--	---

					русском языках. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы. Гарантия 12 месяцев. Сертификаты качества (при наличии). ISO13485
--	--	--	--	--	--