

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Pendra care	Guiding Catheter Primum	.	Pendra care	Ուղղորդիչ կաթետեր ռադիալ և ֆեմորալ միջամտությունների համար: Կաթետերի աշխատանքային առանցքի խորը պոլիտետրաֆլուորոէթիլեն՝ մասնակի հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կաթետերի պահանջվող երկարությունը՝ 100սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատվող հիվանդի քաշից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից, վիրահատվող անոթի տեսակից և առանձնահատկություններից

					կաթետերի ներքին տրամագիծը՝ 5Fr-ի դեպքում՝ 1.47մմ (0,058"), 6Fr-ի դեպքում՝ 1.8մմ (0.071"), 7Fr-ի դեպքում՝ 2.08 մմ (0.082"), 8Fr-ի դեպքում՝ 2.31մմ (0.091"): Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ JL3,JL3.5,JL4,JL45,JL5,JL6,FL3,FL3.5,FL4,FL4.5, FL5,FL6, XBLAD3,XBLAD3.5, XBLAD4.0, XBLAD4.5,XBLAD5,JR3,JR3.5 JR4,JR4.5 ,JR5,JR6,FR3,FR3.5,FR4,FR4.5,FR5,FR6 ,MPA,HS,AL0.75,AI1,AI1.5, AL2,AL3,AR1,AR2,XB3,XB3.25,XB3.5,XB3.75,XB4. XB4.25,XB4.5,EBU3,EBU3.25,EBU3.5, EBU3.75,EBU4, EBU4.25,EBU4.5,EBU4.75,EBU5,XBRCA3,XBRCA3.5,XBRCA3.75,XBRCA4,XBRCA4.25,XBRCA4.5,SCR 3.5, SCR4,SCR5,RAD,RBM,RBL3,5,RBL4,RBL4.5,RBR3,RBR3.5,RBR4,TIG 3,TIG 3.5,TIG 4.0,TIG 4.5,TIG 5,RBK, IM, LCB, RCB: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և
--	--	--	--	--	---

					օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦДЦ72Р-25/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Pendra care	Guiding Catheter Primum	.	Pendra care	Проводниковый катетер для вмешательств на лучевой и бедренной костях. Рабочий материал катетера – политетрафторэтилен с частичным гидрофильным покрытием. Требуемая длина катетера – 100 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда и веса пациента, необходимы следующие размеры катетера: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. В зависимости от веса пациента, типа оперируемого сосуда и особенностей операции, внутренний диаметр катетера

				составляет: 1,47 мм (0,058") для 5Fr, 1,8 мм (0,071") для 6Fr, 2,08 мм (0,082") для 7Fr, 2,31 мм (0,091") для 8Fr. В зависимости от веса оперируемого пациента и оперируемого сосуда необходимы следующие типы катетеров: JL3,JL3.5,JL4,JL4.5,JL5,JL6,FL3,FL3.5,FL4,FL4.5,FL5,FL6, XBLAD3,XBLAD3.5, XBLAD4.0, XBLAD4.5,XBLAD5,JR3,JR3.5 JR4,JR4.5 ,JR5,JR6,FR3,FR3.5,FR4,FR4.5,FR5,FR6 ,MPA,HS,AL0.75,AI1,AI1.5, АЛ2,АЛ3,А P1,AP2,XB3,XB3.25,XB3.5,XB3.75,XB4 .XB4.25,XB4.5,EBU3,EBU3.25,EBU3.5, EBU3.75,EBU4, EBU4.25,EBU4.5,EBU4 .75,EBU5,XBRCA3,XBRCA3.5,XBRCA3.75,XBRCA4,XBRCA4.25,XBRCA4.5,SCR 3.5, SCR4,SCR5,RAD,RBM,RBL3,5,RBL 4,RBL4.5,RBR3,RBR3.5,RBR4,TIG 3.5, TIG 4.0, TIG 4.5, TIG 5, RBK, IM, LCB, RCB: сертификат качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкцию по применению в виде заводского руководства.
--	--	--	--	--