

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	АмплиСенс Pneumocystis jirovecii (carinii)	ЦНИИ Эпидемиологии ЦНИИ Эпидемиологии	Ռեագենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ-դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ: Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր- սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնևմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարագրիպի 1-4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza virus 1-4 — hPIV), ՌՆԹ՝ կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ՝ ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ՝ ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ՝ բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV): Սպեցիֆիկություն՝ 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Չգայունություն՝ Ռեսպիրատոր- սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1-4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ - $\geq 1 \times 10^3$ գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ - $\geq 1 \times 10^4$ գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ - $\geq$

		5×10^3 գենոմային օրինակ/մլ: Վերահսկիչներ՝ Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ՝ Քթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, հորիսկամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխոալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման հեղուկներ, դիաֆերձման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում: Հավաքածուն նաև ներառում է հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ՝ կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիայի մեթոդով, 60 թեստի համար, մոլկոլիզին, 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է CFX 96 և CFX Opus սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել CFX սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Ռեագենտների հավաքածու իրական ժամանակում (realtime) հիբրիդիզացիոն - ֆլուորեսցենտ գրանցմամբ <i>Pneumocystis jirovecii</i> (carinii) ԴՆԹ հատվածների ամպլիֆիկացիայի համար: Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧДР-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
37			