

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԶՄ ԶՐՄ ԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/02 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ- նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար: Համատեղելի պետք է լինի Humacount 3D-ի հետ HC-Clean: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 1 և պլաստիկե

					տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԶՄ ՋԸՄ ԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/02
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ- նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար: Համատեղելի պետք է լինի Humacount 3D-ի հետ HC-Clean: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 1 և պլաստիկե

					տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III:
--	--	--	--	--	--