

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը

					արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ՝ 6 անցք, 8 անցք, 10 անցք, 12 անցք, 14 անցք: Ձախ՝ 6 անցք, 8 անցք, 10 անցք, 12 անցք, 14 անցք: Գործիքի անվանում՝ շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1, շաղափ 2,8 մմ-1, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2044-ЕДХУНДР-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия в платформе должны быть рассчитаны на фиксирующие винты 3,5 мм и винты 3,5 мм. Производственная организация должна иметь сертификаты не ниже ISO 9001:2015 и не ниже ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификат CE. Согласно статье 2 Закона РА НО-325-N «О медицинской помощи и обслуживании населения», Участник должен предоставить вместе с Заявкой сертификат соответствия, гарантийно-разрешительное письмо от

				производителя продукции, а на этапе заключения договора – сертификат о происхождении продукции от производителя продукции. Поставщик должен предоставить оснастку для установки платформы. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукции. По запросу заказчика одна из перечисленных ниже платформ предоставляется для хранения, а по запросу после использования доставляется в течение 24 часов. Справа: 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий. Слева: 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий. Название инструмента: Направляющая дрель для отверстий под стопорные винты 3,5 мм, внутренний диаметр 2,8 мм - 1, сверло 2,8 мм - 1, отвёртка с ограниченным усилием для стопорных винтов 3,5 мм - 1.
--	--	--	--	--