

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Պրոքսիմալ անցքերից մեկը նախատեսված 8,0մմ պտուտակի համար, մյուսը 6,4մմ պտուտակի համար, հեռակա 2 անցքով, որոնցից մեկը դինամիզացիայի հնարավորությամբ նախատեսված 4,9մմ լոքինգ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
 ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի,
 Մասնակիցը Հայտով պարտադիր
 պետք է ներկայացնի ապրանքը
 արտադրողի կողմից ներկայացվող
 համապատասխանության
 հավաստագիր, ավտարիզացիոն
 նամակ (երաշխիքային-լիազոր
 նամակ), իսկ պայմանագրի
 կատարման փուլում՝ ապրանքը
 արտադրողի կողմից ներկայացվող
 ծագման սերտիֆիկատ:
 Մատակարարը պետք է ապահովի
 մեխի տեղադրման համար
 գործիքակազմը :Մեխը պետք է
 ունենա անհատական
 փաթեթավորում և ապրանքը
 բնութագրող պիտակ:
 Պատվիրատուի պահանջով պետք է
 տրամադրվեն ստորև նշված
 մեխերից մեկական ի պահ, իսկ
 օգտագործումից հետո պահանջի
 դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա
 ընթացքում: Աջ - Հաստություն՝ 9 մմ,
 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ,
 10 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ:
 Երկարություն՝ 340 մմ, 360 մմ, 380
 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ,
 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400

					մմ: Ձախ- Հաստություն 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 9 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ, 11 մմ:Երկարություն` 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ, 340 մմ, 360 մմ, 380 մմ, 400 մմ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦП2Р-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Одно из проксимальных отверстий предназначено для винта диаметром 8,0 мм, другое – для винта диаметром 6,4 мм, с двумя дистальными отверстиями, одно из которых предназначено для блокируемых винтов диаметром 4,9 мм с возможностью динамизации. Производственная организация должна иметь сертификаты не ниже ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификат CE. В соответствии со статьей 2 Закона РА НО-325-N «О медицинской

						помощи и обслуживании населения», Участник должен предоставить вместе с Заявкой сертификат соответствия, авторизационное письмо (гарантийно-разрешительное письмо) от производителя продукции, а на этапе заключения договора – сертификат происхождения от производителя продукции. Поставщик должен предоставить инструменты для установки штифта. Штифт должен иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукции. По желанию заказчика один из перечисленных ниже гвоздей должен быть предоставлен для хранения, а после использования, если потребуется, должен быть доставлен в течение 24 часов. Справа - Толщина: 9 мм, 9 мм, 9 мм, 9 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм, 11 мм, 11 мм, 11 мм. Длина: 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм. Слева - Толщина 9 мм, 9 мм, 9 мм, 9 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 10 мм, 11
--	--	--	--	--	--	--

					мм, 11 мм, 11 мм, 11 мм. Длина: 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм.
--	--	--	--	--	--