ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Portable spirometer BTL 08 Spiro Pro	BTL Spiro	BTL-08 Spiro Pro	BTL Corporate	Սեղանի սպիրոմետր՝ առնվազն 5.7’’ գունավոր սենսորային էկրանով և ներքին տպիչով Ներառում է՝ Պնևմոտախոգրաֆ՝ կապի մալուխով, 4x սպիրոմետրիկ սենսոր՝ պլաստիկե ծայրակալով, ջերմային թղթի գլանափաթեթ, քթի սեղմակ, սնուցման լար, փոշու պաշտպանիչ Սպիրոմետրիկ սենսոր՝ պլաստիկե ծայրակալով նախատեսված սարքի համար – 4 հատ Կալիբրացման ներարկիչ՝ առնվազն 3 լիտր նախատեսված սարքի համար ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ BTPS ուղղում ավտոմատ

					Ներշնչում/Սպառում այո/այո Հարկադիր սպիրոմետրիա FVC, Լավագույն FVC, FEV0.75, FEV1, Լավագույն FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/, FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/ FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Թոքերի տարիք BTL CardioPoint Spiro: Aex, FEV075/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75, FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC Նախնական/Հետո բրոնխո-փորձարկման թեստ - այո Հանգստացած սպիրոմետրիա SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC Առավելագույն կամավոր օդափոխություն MVV, MVVf, MRf Կանխատեսող արժեքներ ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, Roca, Barcelona 1986, NHANES III 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Pereira 1996, Gore 1995, GLI 2012, Hou Shu 1990, Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu

					Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 1992, Thai 2000 Մեկնաբանություն՝ ATS, BTS, Enright, GOLD Երեխայի խթան՝ այո Հոսքի միջակայք (լիտր/վրկ) ՝ առնվազն 16 լ/վրկ (ներշնչման/սպառման) Ճշգրտություն (50 մլ/վրկ-ից մինչև 16 լ/վրկ) ± 5% կամ 50 մլ (որն ավելի մեծ է) Ծավալի միջակայք (լիտր) 0.025-ից մինչև 8 լիտր Ճշգրտություն (0.025-ից մինչև 8 լ) ± 3% կամ 50 մլ (որն ավելի մեծ է) Հոսքի դիմադրություն < 79 Պա/լ/վրկ Ջերմաստիճանի սենսոր + 10°C-ից մինչև + 40°C Ջերմաստիճանի սենսորի ճշգրտություն ± 2% Հարաբերական խոնավության սենսոր 0-ից մինչև 100% RH Խոնավության սենսորի ճշգրտություն ± 4% 25°C-ի, 30%–80% RH-ի համար ADC լուծաչափ՝առնվազն 15 բիթեր Նմուշառման հաճախականություն - առնվազն 1000 Հg

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Portable spirometer BTL 08 Spiro Pro	BTL Spiro	BTL-08 Spiro Pro	BTL Corporate	Настольный спирометр с цветным сенсорным экраном не менее 5,7 дюйма и встроенным принтером Комплектация: Пневмотахограф с кабелем связи, 4 спирометрических датчика с пластиковым наконечником, Рулон термобумаги, носовой зажим, шнур питания, пылезащитный чехол Спирометрические датчики с пластиковым наконечником для соответствующего устройства – 4 шт. Калибровочный шприц для соответствующего устройства объемом не менее 3 литров

					ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Коррекция BTPS автоматическая Вдох/Выдох да/да Форсированная спирометрия: ФЖЕЛ, Оптимальная ФЖЕЛ, ОФВ0,75, ОФВ1, Оптимальная ОФВ1, ОФВ3, ОФВ6, ПСВ, ОФВ0,75/ФЖЕЛ, ОФВ1/, ФЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, ОФВ6/ФЖЕЛ, ОФВ0,75/СЖЕЛ, ОФВ1/СЖЕЛ, ОФВ3/СЖЕЛ, ОФВ6/СЖЕЛ, ПИФ, ФЖЕЛ, ФЖЕЛ1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0,75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Возраст легких BTL CardioPoint Spiro: Aex, FEV0,75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75, FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC Пре/постбронхопровокационный тест - да Спирометрия в состоянии покоя: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC Максимальная произвольная вентиляция (MVV), МВВф, МРф Прогнозные значения ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Саплетал 1977, Рока, Барселона 1986, NHANES III 1999, Кнудсон 1983, Кнудсон 1976,

					ITS 1984, Крапо 1981, Лам 1982, Перейра 1996, Гор 1995, GLI 2012, Хоу Шу 1990, Цзя Цзюй-цай 1990 г., Сунь Бинь 1990 г., Лю Ши-Вань 1990 г., Лю Го-Хуа 1990 г., Чжу Си 1990 г., У 1961 г., Ип 2006 г., Полгар 1979, Ван Ян 2013, Перес Падилья 2003, Платино 2006, PDPI 1992, Thai 2000 Комментарий: ATS, BTS, Enright, GOLD Стимуляция младенца: да Диапазон потока (л/с): не менее 16 л/с (вдох/выдох) Точность (от 50 мл/с до 16 л/с) ± 5% или 50 мл (в зависимости от того, что больше) Диапазон объема (л): от 0,025 до 8 литров Точность (от 0,025 до 8 л) ± 3% или 50 мл (в зависимости от того, что больше) Сопротивление потоку < 79 Па/л/с Датчик температуры: от +10°C до +40°C Точность датчика температуры: ± 2% Датчик относительной влажности: от 0 до 100% отн. влажн. Точность датчика влажности: ± 4% при 25°C, 30%–80% RH Разрешение АЦП: не менее 15 бит Частота дискретизации: не менее 1000 Гц