

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	HCV rapid test	HCV rapid test	HCV rapid test	CTK BioTech	Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որակական հայտնաբերման թեստ հավաքածու HCV Ab Մեթոդը՝ Իմունոխրոմատոգրաֆիկ:1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Արդյունքների վերծարման ժամանակ՝ 15-20 րոպե. Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա. Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:

					Պահպանման պայմանները 2-25 C Զգայունությունը՝ 99,0%, սպեցիֆիկությունը՝ 99,5%
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	HCV rapid test	HCV rapid test	HCV rapid test	CTK BioTech	Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների որակական հայտնաբերման թեստ հավաքածու HCV Ab Մեթոդը՝ Իմունոխրոմատոգրաֆիկ:1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Արդյունքների վերծարման ժամանակ՝ 15-20 րոպե. Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա. Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:

Պահպանման պայմանները 2-25 C Զգայունությունը՝ 99,0%, սպեցիֆիկությունը՝ 99,5%
