

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL	ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL	ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL	Центральный научно- исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	"Ռեագենտների հավաքածու որն իր մեջ ներառում է N. gonorrhoeae / C. trachomatis / M. genitalium / T. vaginalis-Մուլտիպարայմ ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Բակտերիալ Վագինոզ- ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Միկոպլազմաներ- ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Կանդիդաներ-ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Աերոբներ-ՖԼ նախատեսված N. gonorrhoeae / C. trachomatis / M. genitalium / T. vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum և Mycoplasma hominis,Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C.

					parapsilosis ու <i>C. tropicalis</i>, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp նուկլեինաթթուների՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 110 նմուշների համար: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար (Բոլոր հարուցիչների առկայությունը որոշվում է միաժամանակ, 1 ռեակցիայի իրականացմամբ՝ 5 փորձանոթում): Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման
--	--	--	--	--	--

					արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի հետ պետք է մատակարարվի էլեկտրոնային կրիչ՝ օգտագործամ ձեռնարկով և Microsoft Excel ֆորմատով ծրագրային ապահովում՝ տվյալների վերլուծության և արդյունքների ստացման համար: Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0.2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար: "
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44	ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL	ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL	ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL	Центральный научно- исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	"Ռեագենտների հավաքածու որն իր մեջ ներառում է N. gonorrhoeae / C. trachomatis / M. genitalium / T. vaginalis-Մոլիտիպրայմ ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Բակտերիալ Վագինոզ- ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Միկոպլազմաներ- ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Կանդիդաներ-ՖԼ, Ֆլորոցենոզ / Աերոբներ-ՖԼ նախատեսված N. gonorrhoeae / C. trachomatis / M. genitalium / T. vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum և Mycoplasma hominis,Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C.

					parapsilosis ու <i>C. tropicalis</i>, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp նուկլեինաթթուների՝ կլինկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 110 նմուշների համար: Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար (Բոլոր հարուցիչների առկայությունը որոշվում է միաժամանակ, 1 ռեակցիայի իրականացմամբ՝ 5 փորձանոթում): Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր հարուցիչների համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման
--	--	--	--	--	--

					արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի հետ պետք է մատակարարվի էլեկտրոնային կրիչ՝ օգտագործամ ձեռնարկով և Microsoft Excel ֆորմատով ծրագրային ապահովում՝ տվյալների վերլուծության և արդյունքների ստացման համար: Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0.2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար: "
--	--	--	--	--	---