ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	АмплиСенс® ОРВИ скрин-FL	АмплиСенс	R-V57	ЦНИИ Эпидемиологии	Ռեագենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ-դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ: Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնևմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարագրիպի 1–4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza

					virus 1–4 — hPIV), ՌՆԹ` կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ` ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ` ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ` բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV): Սպեցիֆիկություն` 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Զգայունություն` Ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1–4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ – ≥ 1×10^3 գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ – ≥ 1×10^4 գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ – ≥ 5×10^3 գենոմային օրինակ/մլ: Վերահսկիչներ` Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ` Քթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, Խորխ կամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխոալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման

					հեղուկներ, դիահերձման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում։ Հավաքածուն պետք է նաև ներառի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ՝ կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիակի մեթոդով, առնվազն 70 թեստի համար, մուկոլիզին, առնվազն 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել նշված սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43					