

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթլ» ՍՊԸ -ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	Baihe Medical	A001V05	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	Արյան հոսքագիծ զարկերակ-երակ լրակազմ, հավելյալ փոխներարկման համակարգի պարունակության, պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8մմ, լցման ծավալը 161մլ -/+20%, երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ: Գործող Dialog + սարքի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE(93/42/EEC) կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Հանձնման ահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը առնվազը 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-ECXU72P-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	Baihe Medical	A001V05	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	Комплект для артериально-венозной инфузионной системы, дополнительное оборудование для инфузионной системы, внутренний диаметр насосной секции 8 мм, объём наполнения 161 мл (-/+20%), диаметр венозной трубки 22 мм. Совместим с существующим устройством Dialog+. Наличие сертификатов качества ISO 13485 и CE(93/42/EEC) или FDA обязательно. Срок годности на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.