

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Dora	Dora	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 1.5 (± 0.1)մ ² : Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ $\pm 10\%$, լցման ծավալը մինչև 125 մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթամամբ: Գերզտման գործակիցը 23 - 47մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (500 մլ/րոպե): Միզանյութը 190-306, կրեատինինը 186-269. վիտամին Բ 12- 148 - 196, ֆոսֆատը 183 - 256: Գործող Dialog

					+ սարքի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թղվմաւ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Dora	Dora	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 1.5 (±0.1)մ2 : Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ±10%, լցման ծավալը մինչև 125 մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթամամբ: Գերզտման գործակիցը 23 - 47մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (500 մլ/րոպե): Միզանյութը 190-306, կրեատինինը 186-269. վիտամին Բ 12- 148 - 196, ֆոսֆատը 183 - 256: Գործող Dialog

					+ սարքի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--