

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի               |                                  |                                  |                                  |   |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը               | ապրանքային նշանը                 | մակնիշը                          | արտադրողի անվանումը              | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | SonoScape կամ Samsung կամ CHISON | P25 Elite կամ HS50 կամ SonoMax 9 | P25 Elite կամ HS50 կամ SonoMax 9 | SonoScape կամ Samsung կամ CHISON | Թվային Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ Տեսակը՝ ամրակայված, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ ոչ պակաս, քան 4, Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիայի առկայություն, Առնվազն հետևյալ տվիչների ապահովում. 1. Կոնվեքս մոնոկրիստալ կամ մատրիցային տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 160: 2. Գծային մոնոկրիստալային կամ մատրիցային |

տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-17.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 256: 3. Ներխոռոչային տվիչ - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-15.0 ՄՀց, - էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 128: Մոնիտոր. - անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ, - պիքսելները (կետայնությունը)՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080, Էկրան. - Տեսակը՝ հպումային (Touch Screen), - անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 13,3 դյույմ, - պիքսելները (կետայնությունը)՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080, Ընդունման (Փոխանցման/Հաղորդման) թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 650.000 Սկանավորման տեսակը՝ առնվազն լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության, Էխո-ազդանշանների մշակում՝ առնվազն զուգահեռ և քառալիքանի, Պատկերների մեծացում՝ սեգմենտար պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ և վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝

ազոնվազն 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 1 Տբ, Պահպանվող պատկերների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 320000 և ոչ պակաս, քան՝ 40000 դինամիկ, Առնվազն հետևյալ ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, գունավոր դոպլեր, CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ: Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ պատկերի ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, B-ռեժիմ - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 1400 կադր/վ, - Հետազոտման խորություն՝ ոչ պակաս, քան 40 սմ, - Խոշորացում՝ ոչ պակաս, քան 10 անգամ, - Քարտեզների առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 20, - Դինամիկ դիապագոնի միջակայքի

ապահովում՝ առնվազն 20-300 դր:  
Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային  
դոպլեր - Կադրերի  
հաճախականություն՝ ոչ պակաս,  
քան 160 կադր/վ, - Ավտոմատ  
ֆոկուսի և մեկ կոճակով  
կարգավորման առկայություն, -  
Ինվերսիայի առկայություն, - Պատի  
ֆիլտրերի դիապագոնի միջակայքի  
ապահովում՝ առնվազն 50-5700 Հց,  
- PRF հաճախականություն  
միջակայքի ապահովում՝ առնվազն  
1-8 ԿՀց: CW/PW Անընդհատ-  
ալիքային և Իմպուլս-ալիքային  
դոպլեր - Տրիպլեքս ռեժիմի  
առկայություն, - Ավտոմատ անկյան  
կարգավորում՝ առնվազն 0°, 60°,  
-60°, - Ավտոմատ կարգավորման  
առկայություն - Անընդհատ  
ալիքային դոպլերի PRF  
հաճախականության միջակայքի  
ապահովում՝ առնվազն 1-50ԿՀց, -  
Անընդհատ ալիքային դոպլերի  
արագությունների գրանցման  
սանդղակ՝ առնվազն 0,1-42մ/վ -  
Իմպուլս ալիքային դոպլերի դիրքի և  
ծավալի կարգավորման միջակայքի  
ապահովում՝ առնվազն 0.5 - 24մմ, -  
իմպուլս-ալիքային դոպլերի (PW)

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:

համար PRF հաճախականություն՝  
 առնվազն 1-16ԿՀց, HPRF, - իմպուլս-  
 ալիքային դոպլերի (PW) համար  
 արագությունների գրանցման  
 սանդղակ՝ առնվազն 0,4-10մ/վ:  
 Օգտագործման բնագավառ  
 /չափումներ, հաշվարկներ՝  
 Հիմնական չափումներ, Որովային,  
 Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա,  
 զինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն,  
 Գինեկոլոգիա:

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Предлагаемый товар   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| 1          |                        |               |       |                            | Դտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կոծրագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ և Դինամիկ պատկերների արխիվացիայի ձայնագրման հնարավորություն՝ ապահովելով առնվազն 3 տարբեր ֆորմատներ. - կոշտ սկավառակի վրա - DVD/CD-RW սկավառակի վրա - USB Flash Drive վրա Արտաքին աշխատանքային կայանում ավտոմատ արխիվացման առկայություն Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT կամ համարժեք Auto IMT կամ համարժեք Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Կ / 50Հց Սարքը պետք է համալրված լինի. - Առցանց տեսակի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>անխափան սնուցման համակարգի առկայություն՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան:</p> <p>-Սև/Սպիտակ թերմալ 1 տպիչի առկայություն՝ համապատասխան 5 տուփ թերմալ թղթերով: .</p> <p>Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը՝ - Որակը հավաստող CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) և ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|---|