

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/61/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | 7200A                 | 7200A               | 7200A   | LANMAGE CHINA          | Շարժական թվային ռենտգենյան<br>սարքավորում Շարժական թվային<br>համակարգ, նախատեսված<br>բաժանմունքից-բաժանմունք,<br>ռեանիմացիոն բլոկ և<br>վիրահատարան հեշտ<br>տեղափոխման համար, ինչպես նաև<br>նեոնատալ բաժանմունքում,<br>պալատներում և ընդունարանում<br>օգտագործման համար: Ելքային<br>հզորությունը` 50 Կվտ Բարձր<br>լարման տիրույթը ` 40-125կՎ mA`<br>10-400 մԱ տիրույթում mAs`<br>0,1-500մԱՎրկ տիրույթում<br>ժամանակի` 0.001 - 10 վայրկյան |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջակայքում Անողի<br/>ջերմատվություն՝ 300kHU<br/>Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝<br/>(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր<br/>(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին<br/>ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի<br/>միացման ժամանակը 30 վրկ.)<br/>Համակարգի ճիշտ դիրքավորման<br/>ռոտացիոն հնարավորությունը՝<br/>+/-180 աստճան Կոլիմատորի<br/>պտտման աստիճանը՝ 120 աստճան<br/>LED լամպ Լազերային ցուցիչ Չտիչ՝ 2<br/>մմ AI համարժեք Ռենտգեն<br/>խողովակի հավասարակշռված<br/>հենարանային թևի պտտման<br/>անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 270<br/>աստճան Ֆոկուսային հետքի<br/>բարձրության միջակայքը, ՝<br/>660-1990մմ Ռենտգեն խողովակի<br/>վերտիկալ շարժումը, 134սմ<br/>Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական<br/>շարժումը 56 +3% սմ Ռենտգեն<br/>համակարգի շարժման տեսակը<br/>մոտորիզացված Շարժման<br/>արագությունը ՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն<br/>համակարգի մոտորիզացված<br/>շարժման և պացիենտի մոտ<br/>դիրքավորման հնարավորություն<br/>Դետեկտոր, աշխատանքային կայան</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Դետեկտորի չափսը՝ 17x17 դյույմ<br/>Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x3072<br/>Պիքսելային քայք՝ 140 մկմ<br/>Թողունակությունը՝ 3,57 զույգ<br/>գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝<br/>21.5 դյույմ, հպումային Մոնիտորի<br/>թողունակությունը 1280x1024<br/>Ներքին օպերատիվ հիշողությունը<br/>4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ<br/>Հիշողության կրիչը 500GB HDD<br/>Վերալիցքավորվող մարտկոցի<br/>(մարտկոցների) առկայություն, որն<br/>աշխատում է առանց<br/>Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ<br/>ամբողջությամբ լիցքավորված է<br/>DICOM Store- Պատկերների<br/>ուղարկում աշխատանքային կայանի<br/>և/կամ արխիվացման համակարգին<br/>Dicom արտահանում<br/>Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ,<br/>50/60 Հց Այլ պարագաներ.<br/>Կրծքավանդակի ռենտգեն<br/>հետազոտության համար<br/>ռենտգենյան ստենդի առկայություն<br/>Ռենտգենյան ստենդը<br/>Նախատեսված է երեխաների և<br/>մեծահասակների կրծքավանդակի<br/>ռենտգեն հետազոտության<br/>իրականացնելու համար</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ռենտգենյան ստենդը<br/>նախատեսված է 17x17 դյույմ<br/>դետեկտոր տեղադրելու համար<br/>Դետեկտորի տեղադրման մասը<br/>տարբեր չափսերի դետեկտորներ<br/>տեղադրելու հնարավորությամբ<br/>Դետեկտորի տեղադրման մասը<br/>շարժական է վերև- ներքև<br/>ուղղություններով 90 սմ միջակայքով<br/>և ֆիքսվող անհրաժեշտ<br/>բարձրության վրա Ամբողջ մարմնի<br/>ճառագայթային պաշտպանության<br/>հագուստի առկայություն<br/>Վահանաձև գեղձի ճառագայթային<br/>պաշտպանության հագուստի<br/>առկայություն Ճառագայթային<br/>պաշտպանության զոզնոցի<br/>առկայություն Այլ պայմաններ. 24<br/>ամիս երաշխիք ամբողջ<br/>համակարգի, այդ թվում<br/>ռենտգենյան խողովակի և<br/>դետեկտորի համար Տեղադրման<br/>աշխատանքների կատարում<br/>մասնագետի կողմից<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>մասնագետի կողմից Օգտագործման<br/>ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է,<br/>չօգտագործված Ապրանքը<br/>արտադրված է մատակարարման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                             |                                   |                      |                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p> |                                   |                      | <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> | <p>օրվանից 12 ամսվա ընթացքում<br/>         Լրակազմը ներառում է բոլոր<br/>         անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու<br/>         պարագաները սարքավորման<br/>         լիարժեք գործունեության համար և<br/>         անձնակազմի պաշտպանության<br/>         համար անհրաժեշտ<br/>         անվտանգության պարագաներ<br/>         Հրահանգներ Մրցույթի<br/>         ՀՀ ԱԼ ԼՍՀԱ 12F-2025/61/1-ի նիժե<br/>         մասնակիցներին. Մրցույթի</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Номер лота</p>                                                                           | <p>фирменное<br/>наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>                           | <p>наименование<br/>производителя</p>                        | <p>արդյունքում առաջին տեղ<br/>         գրավեցած ընկերությունը<br/>         технические характеристики<br/>         կներկայացնի սարքի տեխնիկական</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>1</p>                                                                                    | <p>7200A</p>                      | <p>7200A</p>         | <p>7200A</p>                                                     | <p>LANMAGE CHINA</p>                                         | <p>անձնագիր, որը հաստատում է<br/>         Շարժական թվային ռենտգենյան<br/>         տեխնիկական բնութագրերը:<br/>         սարքավորում Շարժական թվային<br/>         Ընկերությունը պարբերաբար<br/>         համապնդ, նախատեսված<br/>         տեղեկատվություն կտրամադրի<br/>         բաժանմունքից-բաժանմունք,<br/>         մատակարարման ընթացքի<br/>         ռեանիմացիոն բոլոր և<br/>         վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում<br/>         գրավեցած ընկերությունը<br/>         պատվիրատուի հետ<br/>         տեղափոխման համար, ինչպես նաև<br/>         մատակարարման համաձայնագիր<br/>         ստորագրած ընկերությունը<br/>         պատվիրատու և ընդունարանում<br/>         պատվիրատու է սարքերի ՀՀ<br/>         օգտագործման համար: Ելքային<br/>         ներմուծման օրը տեղեկացնել<br/>         հղորդվումը 50 Կգմ Բարձր<br/>         պատվիրատուի Մրցույթի<br/>         լարման տիրույթը 40-125ԿՎ ԻմԱ՝<br/>         արդյունքում պատվիրատուի հետ<br/>         10-400 մԱ տիրույթում mAs<br/>         մատակարարման համաձայնագիր<br/>         0,1-500մԱ Կող տիրույթում<br/>         ստորագրած ընկերությունը<br/>         ժամանակի՝ 0.001 - 10 վայից<br/>         պարտավոր է սարքերի արկղերը</p> |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Դետեկտորի չափսը՝ 17x17 դյույմ<br/>Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x3072<br/>Պիքսելային քայք՝ 140 մկմ<br/>Թողունակությունը՝ 3,57 զույգ<br/>գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝<br/>21.5 դյույմ, հպումային Մոնիտորի<br/>թողունակությունը 1280x1024<br/>Ներքին օպերատիվ հիշողությունը<br/>4GB ՈԲՆԻ 128 ԳԲ SSD սկավառակ<br/>Հիշողության կրիչը 500GB HDD<br/>Վերալիցքավորվող մարտկոցի<br/>(մարտկոցների) առկայություն, որն<br/>աշխատում է առանց<br/>Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ<br/>ամբողջությամբ լիցքավորված է<br/>DICOM Store- Պատկերների<br/>ուղարկում աշխատանքային կայանի<br/>և/կամ արխիվացման համակարգին<br/>Dicom արտահանում<br/>Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ,<br/>50/60 Հց Այլ պարագաներ.<br/>Կրծքավանդակի ռենտգեն<br/>հետազոտության համար<br/>ռենտգենյան ստենդի առկայություն<br/>Ռենտգենյան ստենդը<br/>Նախատեսված է երեխաների և<br/>մեծահասակների կրծքավանդակի<br/>ռենտգեն հետազոտության<br/>իրականացնելու համար</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ռենտգենյան ստենդը<br/>նախատեսված է 17x17 դյույմ<br/>դետեկտոր տեղադրելու համար<br/>Դետեկտորի տեղադրման մասը<br/>տարբեր չափսերի դետեկտորներ<br/>տեղադրելու հնարավորությամբ<br/>Դետեկտորի տեղադրման մասը<br/>շարժական է վերև- ներքև<br/>ուղղություններով 90 սմ միջակայքով<br/>և ֆիքսվող անհրաժեշտ<br/>բարձրության վրա Ամբողջ մարմնի<br/>ճառագայթային պաշտպանության<br/>հագուստի առկայություն<br/>Վահանաձև գեղձի ճառագայթային<br/>պաշտպանության հագուստի<br/>առկայություն Ճառագայթային<br/>պաշտպանության զոզնոցի<br/>առկայություն Այլ պայմաններ. 24<br/>ամիս երաշխիք ամբողջ<br/>համակարգի, այդ թվում<br/>ռենտգենյան խողովակի և<br/>դետեկտորի համար Տեղադրման<br/>աշխատանքների կատարում<br/>մասնագետի կողմից<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>մասնագետի կողմից Օգտագործման<br/>ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է,<br/>չօգտագործված Ապրանքը<br/>արտադրված է մատակարարման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օրվանից 12 ամսվա ընթացքում<br/>Լրակազմը ներառում է բոլոր<br/>անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու<br/>պարագաները սարքավորման<br/>լիարժեք գործունեության համար և<br/>անձնակազմի պաշտպանության<br/>համար անհրաժեշտ<br/>անվտանգության պարագաներ<br/>Հրահանգներ մրցույթի<br/>մասնակիցներին. Մրցույթի<br/>արդյունքում առաջին տեղ<br/>զբաղեցրած ընկերությունը<br/>կներկայացնի սարքի տեխնիկական<br/>անձնագիրը, որը հաստատում է<br/>տեխնիկական բնութագրերը:<br/>Ընկերությունը պարբերաբար<br/>տեղեկատվություն կտրամադրի<br/>մատակարարման ընթացքի<br/>վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում<br/>պատվիրատուի հետ<br/>մատակարարման համաձայնագիր<br/>ստորագրած ընկերությունը<br/>պարտավոր է սարքերի ՀՀ<br/>ներմուծման օրը տեղեկացնել<br/>պատվիրատուին Մրցույթի<br/>արդյունքում պատվիրատուի հետ<br/>մատակարարման համաձայնագիր<br/>ստորագրած ընկերությունը<br/>պարտավոր է սարքերի արկղերը</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|