

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Mini-Sub Cell GT System, 7 x 10 cm Tray	Mini-Sub Cell GT System	1704466	Bio-Rad	"Մինի-Սաբ Սելլ ԳՏ Հորիզոնական Էլեկտրոնֆորեզի համակարգ, 7 x 10 սմ գելի սկուտեղով : Համակարգը ներառում է ` Բուֆերի բաք Կափարիչ մալուխներով 7 x 10 սմ գելի սկուտեղ (7 x 10 cm tray) Պղպշակների հարթեցման հարմարանք (Leveling bubble)` ապահովում է համակարգի ճիշտ դիրքը աշխատանքային մակերևույթին 8- և 15-ատամիկով սանրեր ` տարբեր նմուշների համար Բջիջների չափսերը` 9.2 x 25.5 x 5.6 սմ Գելի սկուտեղի չափսերը` 7 x 10 սմ Համակարգը պետք է

համատեղելի լինի Bio-Rad ReadyAgarose™ պատրաստի գելերի 8-, 12-, 2x 8- փոսիկ հետևյալ տարբերակների հետ՝ արագ և հուսալի էլեկտրոֆորեզի ապահովման համար: 8- 30 սմուշ (well-երով) մեկ վազքի ընթացքում, կախված գելի կոնֆիգուրացիայից և վազքի պարամետրերից: Բազային բուֆերի ծավալ ~270 մլ
Համակարգը չի ապահովում բուֆերի ռեցիկուլյացիա
Bromophenol blue միգրացիայի արագություն՝ մոտավորապես 4.5 սմ/ժամ, լարում 75 վ-ի պայմաններում QuickSnap* էլեկտրոդները հեշտ են հանվում, ինչը հեշտացնում է մաքրման գործընթացը: Հիմքի կողմի վրա տեղադրված սլաքը ցույց է տալիս վազքի ուղղությունը և ապահովում գելի ճիշտ տեղադրման ուղղությունը: Գույնով կողավորված և պիտակավորված էլեկտրոդները, ինչպես նաև պիտակավորված հիմքը, երաշխավորում են կափարիչի ճիշտ տեղադրումը
հիմքի վրա: Հիմքի վրա տեղադրված բարձիկները թույլ են տալիս

				<p>հեշտությամբ հանել կափարիչը, նվազեցնելով բուժքերի արտահոսքը, ինչպես նաև կանխում են կափարիչի սխալ տեղադրումը: Համակարգը պետք է համադրելի լինի Bio-Rad-ի հոսանքի կարգավորիչի հետ: Այս համակարգի համատեղելի դիզայնը հնարավորություն է տալիս օգտագործել հին մոդելների հետ: Համակարգը պետք է համադրելի լինի Bio-Rad-ի հոսանքի կարգավորիչի հետ: Թափանցիկ պլաստիկ կառուցվածքը թույլ է տալիս հեշտությամբ դիտարկել նմուշները: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա երաշխիք 1 տարի: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					