

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
129	Բիոբազ	Բիոբազ	Բիոբազ	Ավտոկլավ, Բ-դաս: Լարում և հաճախականություն՝ 220Վ 50Հց: Հզորություն՝ առնվազն 2300Վ: Բակտերիոլոգիական ֆիլտր: Մաքսիմալ ճնշում՝ առնվազն 247 կՊա (2,47 բար): Ստերիլիզացիայի առնվազն 4 ծրագիր 121°C կամ 134°C աստիճանում՝ ոչ փաթեթավորված, փաթեթավորված, պլաստմասսե և տեքստիլ նյութերի և գործիքների համար: Ստերիլիզացիոն պարամետրերի փոփոխման հնարավորություն, ջերմաստիճանը՝ 0-134°C, ստերիլիզացիոն ցիկլը 40-60ր: Ստերիլիզացիոն եռափուլ վակուում: Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ: Ստերիլիզացիոն խցիկի տարողությունն առնվազն 22 լ: Ներկառուցված դարակաշար՝ առնվազն երեք տեփուրներով: Ներկառուցված մինի տպիչ սարք՝ ստերիլիզացիոն ցիկլի տվյալները գրանցելու համար

				(թղթի լայնք՝ 55 մմ): Մաքուր ջրի անոթի տարողությունը առնվազն 2 լ: Օգտագործված ջրի անոթի տարողությունը առնվազն 2 լ: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ունենա անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊՁԲ-2025/16-26-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
129	Biobase	Biobase	Biobase	Ավտոկլավ, Բ-դաս: Լարում և հաճախականություն՝ 220Վ 50Հց: Հզորություն՝ առնվազն 2300Վ: Բակտերիոլոգիական ֆիլտր: Մաքսիմալ ճնշում՝ առնվազն 247 կՊա (2,47 բար): Ստերիլիզացիայի առնվազն 4 ծրագիր 121°C կամ 134°C աստիճանում՝ ոչ փաթեթավորված, փաթեթավորված, պլաստմասսե և տեքստիլ նյութերի և գործիքների համար: Ստերիլիզացիոն պարամետրերի փոփոխման հնարավորություն, ջերմաստիճանը՝ 0-134°C, ստերիլիզացիոն ցիկլը 40-60ր: Ստերիլիզացիոն եռափուլ վակուում: Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ: Ստերիլիզացիոն խցիկի տարողությունն առնվազն 22 լ: Ներկառուցված դարակաշար՝ առնվազն երեք տեփուրներով: Ներկառուցված մինի տպիչ սարք՝ ստերիլիզացիոն ցիկլի տվյալները գրանցելու համար

				(թղթի լայնք՝ 55 մմ): Մաքուր ջրի անոթի տարողությունը առնվազն 2 լ: Օգտագործված ջրի անոթի տարողությունը առնվազն 2 լ: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ունենա անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	--