

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                      |                     |   |   |  |
|--------------------|---|---------------------|---|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը                                  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | Vital Healthcare<br>,Bain Medical<br>,B.Braun DiaStream | Արյան հոսքագիծ      | Vital Healthcare<br>,Bain Medical<br>,B.Braun DiaStream | Vital Healthcare<br>,Bain Medical<br>,B.Braun DiaStream | Արյունատար գծեր (զարկերակ-<br>անոթ լրակազմ): Պոմպային<br>հատվածի ներքին տրամագիծը<br>8(±0.1)մմ, երակային օդածուղակի<br>տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը<br>161մլ ±10%, մանրեագերծման<br>մեթոդը` ճառագայթմամբ<br>մանրեագերծում, պետք է<br>չպարունակի լատեքս: Գործող Dialog<br>Plus և AK98 սարքերի հետ<br>համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark<br>93/42 կամ FDA որակի<br>վկայականների առկայությունը<br>պարտադիր է: Ապրանքային նշանի<br>առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22020404-ЕЦДЦПДР-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |