

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
83	Ուլտրաֆիլտր տեսակը Ս9000	Ուլտրաֆիլտր տեսակը Ս9000	Ուլտրաֆիլտր տեսակը Ս9000	Ուլտրաֆիլտր տեսակը Ս9000	Հատուկ ֆիլտր AK98 դիալիզի սարքի համար Ս9000 Ultrafilter-ը համատեղելի է միայն Baxter/Gambro համակարգի հետ, որը համալրված է Ս9000-ի համար բռնակով Մեմբրանի Նյութ` PAES/PVP (պոլիարիլետերսուլֆոն/պոլի- իվինիլպիրոլիդոն) Արտաքին Նյութ` պոլիկարբոնատ Կապիլյարի ներքին տրամագիծը (մկմ) - 190 Մեմբրանի հաստությունը (մկմ) - 45 Կապիլյարի լույսի լցման ծավալը ոչ պակաս քան 135 մլ Ֆիլտրատի լցման ծավալը` ոչ պակաս քան 280 մլ-

				<p>ից Թաղանթի մակերեսը 2,4 մ2 է: Ս9000 ուլտրաֆիլտրի փոխարինում, տեղադրումից ոչ ուշ, քան 3 ամիս հետո կամ ախտահանման 150 ցիկլ Համաձայն մատակարարվելիք ապր անքի պահանջների մատակարարի կողմից պետք է իրականացվի առկա սարքավորումների կարգաբերման աշխատանքներ (Калибровка): Արտադրանքը պետք ունենա CE Mark 93/42 որակի վկայական, կամ համարժեք FDA Որակի վկայան, ինչպես նաև արտադրանքի ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն" Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECΔU72P-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
83					