

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Capintec®	Capintec®	CRC®-55tR Dose Calibrator	Capintec, Inc.	Դոզաչափ ռադիոակտիվության գրանցման համար Ընդհանուր պահանջներ. Նախատեսված է ռադիոակտիվ նյութերի ակտիվության ճշգրիտ չափման համար՝ ՊԵՏ և SPECT (միաֆոտոն- էմիսիոն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա) կիրառությունների պայմաններում: Ապահովում է չափումներ ինչպես կլինիկական, այնպես էլ ռադիոֆարմաքեպարատների արտադրական միջավայրում: Համապատասխանություն միջազգային ստանդարտներին. EN

					61303, DIN 6855-11, ինչպես նաև DIN 6854 (Mo-99 breakthrough չափման համար): Չափման հնարավորություններ. Ակտիվության չափման տիրույթ ըստ F-18-ի՝ 40 kBq – 200 GBq: Գամմա էներգիայի չափման միջակայք՝ 25 keV – 3 MeV: Գծայնություն՝ ± 2 %: Չափման սխալանք՝ ± 5 %: Չափվող տարրաների չափսերի և ծավալների ավտոմատ կամ ծրագրային կոմպենսացիա: Նուկլիդային գրադարան և ծրագրային ապահովում Ներկառուցված նուկլիդային գրադարան հետևյալ իզոտոպներով. C-11, N-13, O-15, F-18, Ga-67, Ga-68, Sr-89, Y-90, Mo-99, Tc-99m, I-123, I-124, I-125, I-131, Cs-137, Lu-177: Ծրագրային ապահովում՝ ներառյալ ՊԷՏ և ՄՖԷՏ հետազոտություններում կիրառվող իզոտոպների ամբողջական ցանկ: Հնարավորություն Mo-99 տրոհման չափման՝ ըստ DIN 6854: Կոնֆիգուրացվող և թարմացվող նուկլիդային գրադարան: Սարքին կից համակարգիչ իր սենսորային էկրանով: Համակարգը ներառում է ներդիր և շերտի V-ձև սրվակ
--	--	--	--	--	--

					տեղադրելու համար: Խցիկի չափսերը. Բարձրություն՝ 45 սմ Տրամագիծ՝ 18 սմ Հորատանցքի տրամագիծ՝ 7 սմ Հորատանցքի խորություն՝ 26 սմ Քաշ՝ 15 կգ Մալուխի երկարություն՝ 3 մ Լրակազմ և պարագաներ. Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, կտրամադրվեն ռուսերեն լեզվով: Երաշխիքային սպասարկում. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Այլ պայմաններ. Համակարգը
--	--	--	--	--	---

					ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Համապատասխանում է IEC 61010-1 ստանդարտին Համապատասխանում է IEC 61326 ստանդարտին Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Capintec®	Capintec®	CRC®-55tR Dose Calibrator	Capintec, Inc.	Դոզաչափ ռադիոակտիվության գրանցման համար Ընդհանուր պահանջներ. Նախատեսված է ռադիոակտիվ նյութերի ակտիվության ճշգրիտ չափման համար՝ ՊԵՏ և SPECT (միաֆոտոն-էմիսիոն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա) կիրառությունների պայմաններում: Ապահովում է չափումներ ինչպես կլինիկական, այնպես էլ ռադիոֆարմաքեպարատների արտադրական միջավայրում: Համապատասխանություն միջազգային ստանդարտներին. EN

					61303, DIN 6855-11, ինչպես նաև DIN 6854 (Mo-99 breakthrough չափման համար): Չափման հնարավորություններ. Ակտիվության չափման տիրույթ ըստ F-18-ի՝ 40 kBq – 200 GBq: Գամմա էներգիայի չափման միջակայք՝ 25 keV – 3 MeV: Գծայնություն՝ ± 2 %: Չափման սխալանք՝ ± 5 %: Չափվող տարրաների չափսերի և ծավալների ավտոմատ կամ ծրագրային կոմպենսացիա: Նուկլիդային գրադարան և ծրագրային ապահովում Ներկառուցված նուկլիդային գրադարան հետևյալ իզոտոպներով. C-11, N-13, O-15, F-18, Ga-67, Ga-68, Sr-89, Y-90, Mo-99, Tc-99m, I-123, I-124, I-125, I-131, Cs-137, Lu-177: Ծրագրային ապահովում՝ ներառյալ ՊԷՏ և ՄՖԷՏ հետազոտություններում կիրառվող իզոտոպների ամբողջական ցանկ: Հնարավորություն Mo-99 տրոհման չափման՝ ըստ DIN 6854: Կոնֆիգուրացվող և թարմացվող նուկլիդային գրադարան: Սարքին կից համակարգիչ իր սենսորային էկրանով: Համակարգը ներառում է ներդիր և շերտի V-ձև սրվակ
--	--	--	--	--	--

					տեղադրելու համար: Խցիկի չափսերը. Բարձրություն՝ 45 սմ Տրամագիծ՝ 18 սմ Հորատանցքի տրամագիծ՝ 7 սմ Հորատանցքի խորություն՝ 26 սմ Քաշ՝ 15 կգ Մալուխի երկարություն՝ 3 մ Լրակազմ և պարագաներ. Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, կտրամադրվեն ռուսերեն լեզվով: Երաշխիքային սպասարկում. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Այլ պայմաններ. Համակարգը
--	--	--	--	--	---

					ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Համապատասխանում է IEC 61010-1 ստանդարտին Համապատասխանում է IEC 61326 ստանդարտին Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---