

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	CUVETTES	URIT Medical,Electronic Co. Ltd.	Urit-600 վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 կյուվետ տուփում/հատ: Կյուվետի չափսերը պետք է համապատասխանեն ռեակցիոն խառնուրդի գնդի չափսին՝ 2.38 մմ, գնդիկի շառժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շառժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը՝ հիմնված մածուցիկության չափման տեխնոլոգիայի վրա: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene), ներկայացնելը նյութի մատակարարման պահին պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
33			