

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	РЕНАМПЛАСТИН	МБООИ "Общество больных гемофилией"	Urit-600 վերլուծիչների համար նախատեսված / Neoplastine CI 5/: Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 6 x 5 մլ, 300 թեստ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը պետք է լինի 1.35-ից ցածր: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայությունը պարտադիր է: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթի առկայությունը պարտադիր է: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրերի՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene), ներկայացումը նյութի մատակարարման պահին պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
35			