

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍՏ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Testo	Testo	Testo	Testo	Թթվածնի սենսոր՝ գազանալիզատոր TESTO 350-ի համար (Testo 350-ի համար պահեստային թթվածնի O2 չափման մոդուլ): Չափման միջակայք՝ 0 - 25%, սխալ ± 0.3 ծավալային %, արձագանքման ժամանակը t90 « 20 վրկ: Մոդուլի համարանիշ՝ 0393-0000 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՍՏ ՍՊԱՍԱՐԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Testo	Testo	Testo	Testo	Թթվածնի սենսոր՝ գազանալիզատոր TESTO 350-ի համար (Testo 350-ի համար պահեստային թթվածնի O2 չափման մոդուլ): Չափման միջակայք՝ 0 - 25%, սխալ ± 0.3 ծավալային %, արձագանքման ժամանակը t90 « 20 վրկ: Մոդուլի համարանիշ՝ 0393-0000 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: