

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	CalSet FSH II V2	Roche Diagnostics	Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոն կալիբրատոր (Elecsys FSH CalSet): Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50% մնացորդային պիտանելիության ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕУДУПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
21	CalSet FSH II V2	Roche Diagnostics	Калибратор фолликулостимулирующего гормона Elecsys (Elecsys FSH CalSet). Для анализатора Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 x 1 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре от 2 до 8°C. Товар должен иметь сертификат качества. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 50% на момент поставки.