

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/1-ԲՆԱ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
78	Vacuum Blood collection needle 21g	Chongqing new world Trading co. LTD	Վակուումային փորձանոթի ստերիլ ասեղ 21G x 1 1/2": Ասեղ նախատեսված վակուումային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, 21G x 1 1/2" /յուրաքանչյուր տուփում հոլդերի առկայություն/: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 4-36°C: CE (Conformité Européenne) նշանը պարտադիր է` ցանկության դեպքում CE փաստաթղթերի: Նմուշառման ասեղը և հոլդերը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՈԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԲՆԱ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
78	Vacuum Blood collection needle 21g	Chongqing new world Trading co. LTD	Стерильная игла для вакуумной пробирки 21G x 1 1/2".. Игла для взятия крови с помощью вакуумных пробирок, 21G x 1 1/2 " / в каждой упаковке наличие холдера/. Наличие срока годности * (см. Примечание).Наличие товарного знака: Условия хранения: 4-36 ° С. Знак CE (Conformité Européenne) является обязательным. Если требуется, документация CE: Холдер и иглы должны быть от одного производителя.