

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք). VCV. PCV. PSV. SIMV. PRVC. Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային. մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար. անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան 12" Ոչ պակաս քան 800

x 600 պիքսել Առանձին
 Նեոկառուցված թթվածնային
 հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր
 մատակարարման
 հնարավորությամբ Արտացոլում
 մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան).
 Ճնշում-ժամանակ. հոսք-ժամանակ.
 գազի կոնցենտրացիա.
 օգտագործողի կարգավորմամբ
 Պարամետրերը (ոչ պակաս քան).
 Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ
 տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ ոչ
 պակաս քան 120 լ/ր Շնչառության
 հաճախությունը՝ ոչ պակաս քան
 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E
 ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման
 հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O
 Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -
 50 սմ H2O PEEP՝ ոչ պակաս քան 3 -
 20 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի
 առկայություն Անգգայացման սարքի
 աշխատանքը մարտկոցով ոչ
 պակաս քան 120 րոպե
 Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան) O2
 գազի մատակարարման ճնշում. օդ.
 էլեկտրամատակարարում.
 համակարգի անսարքություն.
 փորձարկման ձախողում. ճնշումներ
 ՝ pmax. pmin. PEEP max.

					հաճախականություն. ծավալներ՝ MVmax. MVmin. Vtmin Այլ պահանջներ Ոչ պակաս քան երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O2 չափման համակարգի առկայություն Իզոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հոսքային CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 վ. 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք. հիվանդի կոնտուրի բռնակ. գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ. բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր. բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների. երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր. չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ
--	--	--	--	--	---

				նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու. առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					