

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	S12A Pro Anesthesia Machine- SP-J12H Patient Monitor	S12A Pro Anesthesia Machine- SP-J12H Patient Monitor	S12A Pro Anesthesia Machine- SP-J12H Patient Monitor	NANJING SUPERSTAR MEDICAL EQUIPMENT CHINA	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ. VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորաձևային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 12" 1024 x 768 պիքսել Առանձին ներկառուցված թթվածնային

					հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ Արտացոլում մոնիտորի վրա. Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ Պարամետրերը. Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ 120 լ/ր Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O PEEP՝ 3 - 30 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի առկայություն Անգգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե Ազդանշաններ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, Էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ ՝ MVmax, MVmin, Vtmin Այլ պահանջներ երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O2 չափման համակարգի առկայություն
--	--	--	--	--	--

					Իգոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հուսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ Նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար Նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, 5 կգ արտորբենտ,
--	--	--	--	--	---

					մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2.CE 93/42/EEC
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	S12A Pro Anesthesia Machine- SP-J12H Patient Monitor	S12A Pro Anesthesia Machine- SP-J12H Patient Monitor	S12A Pro Anesthesia Machine- SP-J12H Patient Monitor	NANJING SUPERSTAR MEDICAL EQUIPMENT CHINA	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ. VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորաձևային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 12" 1024 x 768 պիքսել Առանձին նեոկառուցված թթվածնային

					հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ Արտացոլում մոնիտորի վրա. Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ Պարամետրերը. Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ 120 լ/ր Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O PEEP՝ 3 - 30 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի առկայություն Անգգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե Ազդանշաններ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, Էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ ՝ MVmax, MVmin, Vtmin Այլ պահանջներ երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O2 չափման համակարգի առկայություն
--	--	--	--	--	--

					Իգոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հուսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ Նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար Նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, 5 կգ արտորբենտ,
--	--	--	--	--	---

					մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2.CE 93/42/EEC
--	--	--	--	--	---