

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/111 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	CHARISMA™, Charisma DR EL De Novo	Charisma DR EL De Novo	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston Scientific,	Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր- դեֆիբրիլատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը` IS-1, DF4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ալգորիտմով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա Էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T առամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային Էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային Էլեկտրոդ, երկու

				ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	CHARISMA™, Charisma DR EL De Novo	Charisma DR EL De Novo	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston Scientific,	Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը` IS-1, DF4: Օժտված է բարձր հոսանքի հայտնաբերման ավգորիտմով որը ավտոմատ փոխում է շոկի կոնֆիգուրացիան: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Կանգային երևույթների մոնիտորինգի հնարավորություն: Հակատախիկարդիկ խթանման ֆունկցիա: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, ՄՌՏ համատեղելի մեկ շոկային էլեկտրոդ, երկու

				ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--