

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը                               | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                  | Primax International  | Primax              | Cyberblock FP-S | A.T.S. Applicazione<br>Tecnologie Speciali<br>s.r.l. | Վիրաբուժական ռենտգեն<br>համակարգ (C-Arm) Գործառնական<br>ռեժիմներ. Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին<br>պատկերի պահպանումով<br>Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին<br>պատկերի պահպանումով Թվային<br>ռադիոգրաֆիա Թվային<br>անգիոգրաֆիա Թվային<br>սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C-<br>Arm C-arm ազատ տարածությունը<br>80,8 սմ Ուղեծրի շարժումը 150 °<br>Հորիզոնական շարժումը 20 սմ<br>Պտույտի միջակայքը 12°-ից մինչև<br>-12° միջակայքում Ուղղահայաց<br>շարժումը 45 սմ Ընկղման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>խորությունը 70 սմ Կողային<br/>շարժումը դեկանիվով C-arm<br/>հիմնական միավորի լայնությունը 89<br/>սմ Ռենտգենյան գեներատոր.<br/>Նոմինալ ելքային հզորությունը 5 ԿՎ<br/>ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և<br/>ֆտորոսկոպիայի ընթացքում 40 կՎ-<br/>ից 120 կՎ միջակայքում<br/>Ռադիոգրաֆիա. Թվային<br/>ռադիոգրաֆիա (մԱ). 40 մԱ-ից 100<br/>մԱ միջակայքում Էկսպոզիցիայի<br/>ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ<br/>միջակայքում Ֆլուրոսկոպիա.<br/>Տեսակները՝ պոլսային և<br/>շարունակական ֆլուրոսկոպիա<br/>Պոլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 0,4 մԱ-<br/>ից 40 մԱ միջակայքում Պոլսային<br/>ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝<br/>15 պատկեր/վրկ Շարունակական<br/>ֆլուրոսկոպիա՝ 0,1 մԱ-ից 10 մԱ<br/>միջակայքում Շարունակական<br/>ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝<br/>30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան<br/>խողովակ. Անոդային<br/>ջերմակրությունը 315kHU<br/>Կիզակետային կետեր. փոքրը 0,3<br/>մմ, մեծը ոչ պակաս քան 0,6 մմ<br/>Թիրախի անկյունը՝ 10° Կոլիմատոր.<br/>Պտույտը 360° Հարթ վահանակային</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դետեկտոր. Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ մակերես) 8,2" x 8,2" Պիքսելային քայլը 200 մկմ Պիքսելային մատրիցան 1024 x 1024 Դետեկտիվի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE) 75 % Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF) 53 % Տարածական թողունակությունը 2,5 տող / մմ Թվային էկրան 27 դյույմ բարձր թողունակությամբ (1920x1080), բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ ծածկույթով Պահպանման ծավալը. 210000 պատկեր, 1 Տբ Պատկերի մշակում. Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում Էլեկտրասնուցումը` 220Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն Ոչ պակաս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը կլինի Նոր, չօգտագործված Ապրանքը կլինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը:</p> <p>Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                        |               |                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        |               |                    |                                               | <p>մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ</p> <p>մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ</p>                                                                                                                                      |
|            |                        |               |                    |                                               | <p>սերմունման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի տեխնիկական հատկությունները</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемая марка | Предлагаемый товар наименование производителя | <p>մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ, MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ, FDA սերտիֆիկատ</p> |
| 4          |                        |               |                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                        |               |                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |