

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/157 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	PDS VIO	Ethicon Endo	Ethicon Endo PDS VIO	Johnson&Johnson	Ստերիլ, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարային թել է, պատրաստված պոլիէթերային պոլի-թիոքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը չեն ունենում հակազենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստային գույնով՝ վերքի մեջ տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով: Թելի լիարժեք ներծծումը կատարվում է ոչ ավել քան 182-238 օրվա ընթացքում: Թելը պետք է ունենա հակասեպտիկ հատկություններ, որոնք կանխում

					են վիրաբուժական միջամտության շրջանի վարակները տարբեր հյուսվածքներում, այդ թվում՝ ուղեղի թաղանթներում: Օգտագործվող հակասեպտիկը՝ տրիկլոզանը, պետք է ունենա կլինիկորեն ապացուցված հակամանրէային ակտիվություն հետևյալ մանրէների նկատմամբ՝ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli, Klebsiella pneumoniae: Հակասեպտիկն ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա կատարվող վիրահատությունների ժամանակ: Թելը պետք է չկորցնի իր հակասեպտիկ հատկությունները անհոնային խմբեր պարունակող նյութերի ներկայությամբ: Մետրական չափը՝ 1,5, պայմանական չափը՝ 4/0, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս 70 սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինեն կոռոզիակայուն բարձրակայուն համաձուլվածքից, մշակված է սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը ասեղի և հյուսվածքների միջև և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքների միջով:
--	--	--	--	--	--

					Ասեղը պետք է լինի ծակող, ½ շրջանաձև, երկարությունը՝ 20 մմ, իսկ ծայրը հարթեցված է՝ հյուսվածքների ավելի մեղմ բաժանման համար: Ստերիլ ներքին ներդիրը կարային նյութով փաթեթավորված է անհատական փաթեթավորմամբ: Նման փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ շարժումով հասնել ներքին ներդիրին՝ նվազեցնելով ժամանակային կորուստները թելի հետ մանիպուլյացիաների ընթացքում: Փաթեթի մակնշումը պարունակում է՝ կարային նյութի անվանումը և կազմը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, թելի պայմանական և մետրական չափը, գույնը, երկարությունը, քանակը, ասեղի երկարությունը, տեսակը, կորությունը, քանակը, օգտագործման ժամկետը, խմբաքանակի (սերիայի) համարը, ասեղի պատկերը բնական չափով, ստերիլության նշումը և ստերիլացման եղանակը, մեկանգամյա օգտագործման մասին
--	--	--	--	--	---

				նշում: Թելի օվալաձև տեղադրման հատուկ տեխնոլոգիան ապահովում է դրա ուղղաձիգ վիճակը հանելուց հետո՝ նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պոլիէթիլենից կամ այլ նյութից), պաշտպանում է բովանդակությունը խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի մակնշման տվյալները: Յուրաքանչյուր տուփում պետք է լինի օգտագործման բժշկական հրահանգը: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4F4-ELXU72F-25/157 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	PDS VIO	Ethicon Endo	Ethicon Endo PDS VIO	Johnson&Johnson	Ստերիլ, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարային թել է, պատրաստված պոլիէթերային պոլի-թիոքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը չեն ունենում հակազենային ակտիվություն և ապիրոգեն են: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստային գույնով՝ վերքի մեջ տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով: Թելի լիարժեք ներծծումը կատարվում է ոչ ավել քան 182-238 օրվա ընթացքում: Թելը պետք է ունենա հակասեպտիկ հատկություններ, որոնք կանխում

					են վիրաբուժական միջամտության շրջանի վարակները տարբեր հյուսվածքներում, այդ թվում՝ ուղեղի թաղանթներում: Օգտագործվող հակասեպտիկը՝ տրիկլոզանը, պետք է ունենա կլինիկորեն ապացուցված հակամանրէային ակտիվություն հետևյալ մանրէների նկատմամբ՝ <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Staphylococcus epidermidis</i>, MRSA, MRSE, <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>: Հակասեպտիկն ապահովում է անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա կատարվող վիրահատությունների ժամանակ: Թելը պետք է չկորցնի իր հակասեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի ներկայությամբ: Մետրական չափը՝ 1,5, պայմանական չափը՝ 4/0, թելի երկարությունը՝ ոչ պակաս 70 սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինեն կոռոզիակայուն բարձրակայուն համաձուլվածքից, մշակված է սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը ասեղի և հյուսվածքների միջև և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքների միջով:
--	--	--	--	--	--

					Ասեղը պետք է լինի ծակող, $\frac{1}{2}$ շրջանաձև, երկարությունը՝ 20 մմ, իսկ ծայրը հարթեցված է՝ հյուսվածքների ավելի մեղմ բաժանման համար: Ստերիլ ներքին ներդիրը կարային նյութով փաթեթավորված է անհատական փաթեթավորմամբ: Նման փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ շարժումով հասնել ներքին ներդիրին՝ նվազեցնելով ժամանակային կորուստները թելի հետ մանիպուլյացիաների ընթացքում: Փաթեթի մակնշումը պարունակում է՝ կարային նյութի անվանումը և կազմը, ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, թելի պայմանական և մետրական չափը, գույնը, երկարությունը, քանակը, ասեղի երկարությունը, տեսակը, կորությունը, քանակը, օգտագործման ժամկետը, խմբաքանակի (սերիայի) համարը, ասեղի պատկերը բնական չափով, ստերիլության նշումը և ստերիլացման եղանակը, մեկանգամյա օգտագործման մասին
--	--	--	--	--	--

				նշում: Թելի օվալաձև տեղադրման հատուկ տեխնոլոգիան ապահովում է դրա ուղղաձիգ վիճակը հանելուց հետո՝ նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պլիեթիլենից կամ այլ նյութից), պաշտպանում է բովանդակությունը խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի մակնշման տվյալները: Յուրաքանչյուր տուփում պետք է լինի օգտագործման բժշկական հրահանգը: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :
--	--	--	--	--