

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	վիրաբուժական լույսեր	Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ). ոչ պակաս քան 160.000 լյուքս CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 93 Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3. ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800±500Կ. երկրորդ ռեժիմը

						4400±500Կ. Երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն Կառավարման վահանակով լույսի ինտենսիվության կարգավորման համար Էլեկտրոնային համակարգի առկայություն Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 6 քայլ Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 300 մմ տիրույթում Լամպի վերահսկման համար անհրաժեշտ շարժական և ավտոկլավային մանրեագերծման ենթակա կենտրոնական բռնակների առկայությունը Սնուցում՝ 220Կ. 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր. չօգտագործված Սարքավորումը պետք է ամրացվի մոտ 3.2 մետր բարձրությամբ առաստաղի մակարդակով Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները. որոնք անհրաժեշտ
--	--	--	--	--	--	---

				են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար. օգտագործողի ձեռնարկ. մանրեագերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն)) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					