

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	BI9800	BI9800	BI9800	Biomedical Instruments Co., Ltd	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով Ալիքներ՝ 12 Թողունակությունը՝ 10 բիթ Ձայնագրման ժամանակը՝ 48 Ժամ Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման Սեղմում՝ չկա Նմուշառման արագությունը. 128 վայրկյանում Հաճախականությունը՝ 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող

				միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով Մարտկոց. առկա Փաթեթը ներառում է. Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ EՍԳ ծայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ EՍԳ մալուխ 5 լարանի -4 հատ Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ EՍԳ էլեկտրոդներ՝ 60 հատ Համակարգիչ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԱԱՊՁԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	BI9800	BI9800	BI9800	Biomedical Instruments Co., Ltd	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով Ալիքներ՝ 12 Թողունակությունը՝ 10 բիթ Ձայնագրման ժամանակը՝ 48 ժամ Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման Սեղմում՝ չկա Նմուշառման արագությունը. 128 վայրկյանում Հաճախականությունը՝ 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող

				միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով Մարտկոց. առկա Փաթեթը ներառում է. Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ EՍԳ ծայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ EՍԳ մալուխ 5 լարանի -4 հատ Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ EՍԳ էլեկտրոդներ՝ 60 հատ Համակարգիչ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--