

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ZEUS PRIME	ZEUS PRIME	ZEUS PRIME	Zerone Co., Ltd., South Korea	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ Բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար` 400 Վտ 500 Օ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 120 Վտ 300 Օ-ի համար

						Առավելագույն ելք երկբևեռ կտրման ռեժիմ՝ 120վտ 500 Օ-ի համար Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 վտ 100 Օ-ի համար ՈւՆԻ 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1,2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կտրվածք և 1 երկբևեռ կոագուլացիա Միաբևեռ կտրվածք ունի մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3 Միաբևեռ կոագուլացիա ունի կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա երկբևեռ կտրվածք ունի երկբևեռ մաքուր կտրվածք երկբևեռ կոագուլացիա ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա Ակտիվացում ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ ունի երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ծեռքի ռեժիմ) Վերահսկում Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ Կարգավորումներ Պարամետրերի կարգավորումներ
--	--	--	--	--	--	--

					առջևի վահանակի վրա Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 9 հիշողություն Անվտանգություն REM (հակադարձ Էլեկտրոդի հսկողություն)` վերահսկում է հիվանդի և չեզոք Էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տազնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Գեներատոր Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-3 Սնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց Պարագաներ Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք Էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի Էլեկտրոդ ( 5 հատ) 11 Էլեկտրոդի հավաքածու`
--	--	--	--	--	--

				դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունեւին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով Ուղիղ ունեւի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունեւի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունեւի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով Ուղիղ ունեւի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով Բազմակի օգտագործման երկբւեռ ունեւիային մալուխ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերէն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեւության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայութիւն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիւայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	ZEUS PRIME	ZEUS PRIME	ZEUS PRIME	Zerone Co., Ltd., South Korea	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ Բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 500 Օ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Օ-ի համար

						Առավելագույն ելք երկբևեռ կտրման ռեժիմ՝ 120վտ 500 Օ-ի համար Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 վտ 100 Օ-ի համար ՈւՆԻ 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1,2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կտրվածք և 1 երկբևեռ կոագուլացիա Միաբևեռ կտրվածք ունի մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3 Միաբևեռ կոագուլացիա ունի կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա երկբևեռ կտրվածք ունի երկբևեռ մաքուր կտրվածք երկբևեռ կոագուլացիա ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա Ակտիվացում ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ ունի երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ծեռքի ռեժիմ) Վերահսկում Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ Կարգավորումներ Պարամետրերի կարգավորումներ
--	--	--	--	--	--	--

					առջևի վահանակի վրա Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 9 հիշողություն Անվտանգություն REM (հակադարձ Էլեկտրոդի հսկողություն)` վերահսկում է հիվանդի և չեզոք Էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տազնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Գեներատոր Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-3 Սնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց Պարագաներ Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք Էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի Էլեկտրոդ ( 5 հատ) 11 Էլեկտրոդի հավաքածու`
--	--	--	--	--	--

				դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունեւին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով Ուղիղ ունեւի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունեւի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունեւի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով Ուղիղ ունեւի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով Բազմակի օգտագործման երկբւեռ ունեւիային մալուխ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերէն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեւության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայութիւն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիւայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--