

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հեմոդիալիզի սարքեր	հեմոդիալիզի սարքեր	հեմոդիալիզի սարքեր	հեմոդիալիզի սարքեր	Հեմոդիալիզի սարք Պահանջներ. Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար` ոչ պակաս քան ցածր թափանցելիությամբ (low flux) և բարձր թափանցելիությամբ (high flux) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր թվային Էկրանի առկայություն Սարքը պետք է կարողանա աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) ոչ պակաս քան 10-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան պետք է ունենա մանրէների զտիչ (Օրինակ` պիրոգեն ֆիլտր)` մինչև ջրի հոսքը դեպի

					դիալիզատոր Աուդիո-. տեսա- ագդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման. արյան արտահոսքի. օդային արտահոսքի. տրանսմեմբրանային ճնշման ագդանշաններ. դիալիզի ջերմաստիճանի ագդանշան. ախտահանման ավարտի ագդանշան. շրջանցման (bypass) ագդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ագդանշան՝ առկայություն Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության կամ գիշեր/ցերեկ ռեժիմների առկայություն Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Միզանյութի վրա հիմնված KT/V շարունակական մոնիտորինգի հնարավորության առկայություն Սարքի արյան պոմպը պետք է համապատասխանի ստանդարտ A- V արյան հոսքագծերին Արյան հոսքի վերահսկման առկայություն Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն Արյան հոսքի
--	--	--	--	--	---

արագությունը ոչ պակաս քան 50-ից
 մինչև 500 մ/րոպե տիրույթում
 Դիալիզի հոսքի ադապտիվ
 նվազեցում. երբ հասնում է
 անհրաժեշտ մակարդակին կամ
 համարժեք ծրագրի առկայություն
 կամ պրոցեդուրայի ավտոմատ
 դադարեցում Դիալիզատի
 ջերմաստիճաններն ընտրվում է
 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում
 Խտանյութի սպասում ռեժիմի
 առկայություն Գծերում օդի
 հայտնաբերման առկայություն
 Հեպարինի համար ներարկիչ
 դիսպանսերի առկայություն Հոսքի
 արագությունը ոչ պակաս քան
 0.1-ից մինչև 9.9 մլ / ժամ
 միջակայքում Հոսքի արագություն`
 ոչ պակաս քան 300-ից 600 մլ / րոպե
 տիրություն. աճը ոչ պակաս քան 2
 քայլ) Ոչ պակաս քան 4 ծրագրերով
 կամ ենթածրագրերով Na և ՌԲՖ
 (Ուլտրաֆիլտրավորման)
 պրոֆիլավորման հնարավորության
 առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի
 հսկողության առկայություն` ± 50 մլ
 կամ ± 50 մլ / ժամ x սպառված
 բուժման ժամանակ (ժամ) կամ
 կուտակված

					ուլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը կամ $\pm 0.1\%$ ըստ դիալիզատի; ՌԻՖ-ն ոչ պակաս քան 50-4000 մլ/ժ տիրույթում Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ. այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Հեմոդիալիզի անցկացման ընթացքում անսարքության և հեմոդիալիզի նորմատիվներից շեղման ավտոմատ ախտորոշում՝ սխալներն հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ և հեմոդիալիզի պրոցեդուրայի ավտոմատ դադարեցմամբ Ախտահանման մատյանի առկայություն Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ Պետք է հնարավոր լինի մեքենան միացնել համակարգչին Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ. 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark
--	--	--	--	--	---

						անհրաժեշտ անջատիչներ (Էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Ոչ պակաս քան 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայն սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը Երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության հիմնական վերանորոգման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն
--	--	--	--	--	--	--

					Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա հենողիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր. չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---