

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2026-2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	THR	THR	Bio Labo	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով՝ պրոթրոմբինային ժամանակի ավտոմատ որոշում : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 10թեստ և ոչ ավել քան 20թեստ + ստանդարտ : Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ, ցիտրատային պլազմա: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУԢԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2026-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13	THR	THR	Bio Labo	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով՝ պրոթրոմբինային ժամանակի ավտոմատ որոշում : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 10թեստ և ոչ ավել քան 20թեստ + ստանդարտ : Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ, ցիտրատային պլազմա: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: