

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Ultimaster Tansei	.	Terumo	"Դեղապատ ստենտ, դեղը Սիրոլիմուս, որով պատված է միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը՝ կոբալտ քրոմ, ունի բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը ոչ ավել, քան՝ 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը ոչ ավել, քան՝ 131 աստիճան, դեղի դոզան՝ ոչ ավել, քան՝ 3.9μg/mm Ներծծվող պոլիմեր, դեղով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում: Ստենտի բալունը՝ եռաթև է, նեյլոնից: Մուտքի տրամագիծը՝ 0.43մմ կամ 0.45մմ: Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, պրոքսիմալ հատվածը՝ սիլիկոնե ծածկույթով: Աշխատաքային երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 144սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի

				վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 21մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: 2. ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող
--	--	--	--	--

				ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային սամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Ultimaster Tansei	.	Terumo	"Стент с лекарственным покрытием, препарат Сиролимус, покрыт только в переходных частях конструкции стента, на соединениях препарат отсутствует, что способствует снижению избытка. Материал стента - кобальт-хром, имеет открытую конструкцию, толщина материала стента не более 80 мкм, раскрытие перекладин стента не более 131 градуса, доза препарата не более 3,9 мкг/мм рассасывающегося полимера, только внешняя часть стента покрыта препаратом. Полимер исчезает в течение 3-4 месяцев. Цилиндр стента трехлучевой, изготовлен из нейлона. Диаметр входного отверстия - 0,43 мм или 0,45 мм. Дистальная часть покрыта гидрофильным, проксимальная - силиконовым покрытием. Рабочая длина не менее 144 см. В

				зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции, требуемые размеры стентов составляют: 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 28 мм, 33 мм, 38 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые размеры стентов составляют: 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в виде заводского руководства. Не менее 70% от всего срока годности на момент поставки. Заказчик имеет право вернуть или изменить размер изделия на другой размер при необходимости, если не менее 50% от всего срока годности изделия доступно. Обязательным условием является: Участник представляет вместе с заявкой: 1. авторизационное письмо (гарантийно-разрешительное письмо), представленное производителем товара. Обязательным условием является представление участником на этапе заключения договора: 1. сертификат происхождения и сертификат соответствия, представленные производителем товара. 2. гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме от производителя товара или его представителя
--	--	--	--	--

				должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, гарантируется производителем."
--	--	--	--	---