

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	Angio-seal 8fr	.	Terumo	"Չարկերակը կարող գործիք, չափսը՝ 8 Fr: Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից Ներկայացնում է ամբողջությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության

				ծամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
71	Angio-seal 8fr	.	Terumo	"Устройство предназначено для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза артерии. Представляет собой полностью биodeградируемую активную систему закрытия, в состав которой входят: внутриартериальный якорь, нить, коллаген. Гемостатический якорь, фиксированный к внутренней стенке сосуда, полностью рассасывается в течение 90 дней. Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В комплект поставки входят технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в форме заводского руководства инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки. Обязательное условие: Участник

				предоставляет вместе с заявкой: авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо) от производителя товара. Обязательным условием участника на этапе заключения договора является предоставление: сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя товара. "
--	--	--	--	---