

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	Ryurei	.	Terumo	Նյարդավիրաբուժությունում կիրառվող դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով (բալոն ընդլայնվող գնդանոթով): Կաթետերի երկարությունը՝ 145սմ: Բալոնը եռաթև, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.41 մմ՝ 1.0 - 1.5 , 2.0-4.0 մմ-ի բալոնի դեպքում, 0.43մմ՝ մնացած չափերի բալոնների դեպքում: Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի ՝ 1.0 1.25մմ;1.5մմ; 2.0մմ; 2.25մմ; 2.5մմ; 2.75մմ; 3.0մմ; 3.25մմ , 3.5մմ; 3.75մմ 4.0մմ, նոմինալ ճնշումը ՝ 608ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը՝ 1.0-ից 3.0 մմ տրամագծերի դեպքում՝ 1419ԿՊա, 3.25մմ-ից 4.0մմ տրամագծի դեպքում՝ 1216ԿՊա: Կախված անոթի

				վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 5մմ 10մմ; 15մմ; 20մմ; 30մմ; 40մմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81	Ryurei	.	Terumo	Дилатационный катетер с расширяемым баллоном (баллон с расширяемым баллоном), применяемый в нейрохирургии. Длина катетера: 145 см. Баллон трехстворчатый, что позволяет быстро нагнетать давление в баллоне. Диаметр входного кончика составляет 0,41 мм: 1,0 - 1,5, 2,0-4,0 мм для баллонов, 0,43 мм для баллонов других размеров. Покрытие гидрофильное. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые размеры катетера составляют: 1,0 1,25 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,25 мм, 3,5 мм; 3,75 мм 4,0 мм, номинальное давление: 608 кПа, максимальное давление: для диаметров от 1,0 до 3,0 мм: 1419 кПа, для диаметров от 3,25 мм до 4,0 мм: 1216 кПа. В зависимости от размера поврежденного

				участка сосуда требуемые размеры катетера составляют: 5 мм 10 мм; 15 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм. Формат: шт. Наличие сертификата качества CE MARK на любую поставляемую партию. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки.
--	--	--	--	--